VBM Medizintechnik

Bi-Mask

CE 0123
004-01-354 Rev. 01/2022-04

DE Bi-Maske
Gebrauchsanweisung 1
EN Bi-Mask
Instructions for use 2
BG Bi-маска
Инструкции за употреба 3
CS Bi-maska
Návod k použití 4
DA Bi-maske
Brugsanvisning 5
EL Bi-Μάσκα
Οδηγίες χρήσης 6
ES Bi-Mask
Instrucciones de uso 7
ET Bi-mask
Kasutamisjuhis 8
FI Bi-maski
Käyttöohje 9
FR Bi-Masque
Mode d'emploi 10
HR Bi-maska
Upute za uporabu 11
HU Bi-maszk
Használati utasítás 12
IT Bi-Maschera
Istruzioni per l'uso 13
LT Bi-Mask kauke
Naudojimo instrukcija 14
LV Bi-Mask
Lietošanas instrukcija 15
NL Bi-Mask
Gebruiksaanwijzing 16
NO Bi-maske
Bruksanvisning 17
PL Bi-Maska
Instrukcja użycia 18
PT Bi-Mask
Instruções de utilização 19
RO Bi-Măscă
Instrucțiuni de utilizare 20
RU Маска Bi-Mask
Инструкция по использованию 21
SK Bi-maska
Návod na použitie 22
SL Maska Bi
Navodila za uporabo 23
SV Bi-Mask
Bruksanvisning 24
TR Bi-Maske
Kullanım kılavuzu 25
Symbol Description 26

Deutsch

VERWENDUNGSZWECK
Zum Abdichten von Mund und Nase während der Beatmung/Oxygenierung eines Patienten. Klinischer Nutzen: Adäquate Beatmung/Oxygenierung eines Patienten durch Abdichten der oberen Atemwege.
Patientenzielgruppe: Kind und Erwachsener
Verwendungsort: Klinik und Praktiklinik

INDIKATIONEN
- Vorübergehende manuelle oder mechanische Beatmung/Oxygenierung.

Weitere Indikationen sind nicht bekannt.

KONTRAINDIKATIONEN
- Bei nicht nüchternen Patienten mit erhöhtem Aspirationsrisiko darf eine Maskenbeatmung nur in Notfallsituationen verwendet werden.

Weitere Kontraindikationen sind nicht bekannt.

SICHERHEITSHINWEISE
- Gebrauchsanweisung vor der Anwendung des Produktes sorgfältig lesen, beachten und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
- Das Produkt darf nur von medizinisch ausgebildetem Personal verwendet werden.
- Das Produkt nicht außerhalb der Patientenatmungszone verwenden.
- Der Anwender und/oder der Patient muss alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedstaates melden (bzw. der zuständigen Behörde des jeweiligen Landes melden, wenn ein Vorkommnis außerhalb der EU eintritt), in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist.
- Vor jeder Anwendung und nach jeder Aufbereitung das Produkt einer Kontrolle unterziehen (siehe Kapitel „Kontrolle"). Ein mangelhaftes Produkt darf nicht verwendet werden.
- Maximale Anwendungsdauer: ≤ 2 Stunden
- Wenn keine Beatmung/Oxygenierung mit diesem Produkt möglich ist, muss mit einer anderen adäquaten Beatmungsmethode begonnen werden.
- Es dürfen keine Änderungen am Produkt vorgenommen werden.
- Das Produkt ist für das Durchleiten von Sauerstoff, Luft, Anästheselgasen und deren Gasgemische geeignet.
- Das wiederverwendbare Produkt wird unsteril ausgeliefert und muss vor jeder Anwendung gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden (siehe Kapitel „Aufbereitung").
- Das Produkt ist MRT tauglich.
- Bei überschrittenem Ablaufdatum darf das Produkt nicht verwendet werden.

VORBEREITUNG VOR DER ANWENDUNG
- Geeignete Maskengröße auswählen.

Sicherstellen, dass Hafteinrichtungen heil sind.

ANWENDUNG

⚠ **WARNUNG**
- Bei Patienten mit Adipositas, Gesichtsbehaarung, bei nicht eingestellter Zahnprothese oder anatomischer Strukturen, wie beispielsweise Vorsprünge oder kritischen Deformationen des Gesichtes, liegt es im Ermessen des Anwenders, inwieweit eine Maskenbeatmung möglich ist.
- Der Anwender muss während der Anwendung auf eine effiziente Beatmung/ Oxygenierung achten.

- Die Bi-Maske mit einem Beatmungsbeutel oder einem Beatmungssystem konnektieren. Auf die korrekte Position des Kopfes achten.
- Die Bi-Maske fest über den Mund und die Nase des Patienten legen, sodass sie die oberen Atemwege luftdicht abschließt.
- Die nicht korrektem Sitz der Bi-Maske, kann die Beatmung/Oxygenierung beeinträchtigt werden.
- Während der Beatmung/Oxygenierung die Bi-Maske in Position halten.
- Option: Die Bi-Maske mittels Fixationsband und Haftenring befestigen (Bild 1).

NACH DER ANWENDUNG
- Die Bi-Maske und das verwendete Zubehör entfernen und diskonnektieren.

AUFBEREITUNG
(REINIGUNG, DESINFEKTION, STERILISATION)
ALLGEMEINE HINWEISE
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, welche durch eine unsachgemäße Aufbereitung entstanden sind.
- Es obliegt dem Anwender, sein Verfahren bzw. die Geräte und das Zubehör entsprechend zu validieren und die validierten Parameter bei jeder Aufbereitung einzuhalten.
- Es wird empfohlen, aufgrund der deutlich höheren Wirksamkeit für die Reinigung und Desinfektion, ein maschinelles Verfahren einzusetzen.
- Die Wirksamkeit wurde durch in unabhängiges und akkreditiertes Prüflabor nachgewiesen.
- Um eine effektive Aufbereitung zu erzielen, dürfen grobe Verschmutzungen auf dem Produkt nicht antrocknen und müssen unmittelbar nach der Anwendung entfernt werden.
- Das Produkt darf nur von geschultem Personal aufbereitet werden.
- Silikon-Produkte dürfen nicht mit Ölen und Fetten in Berührung kommen.

REINIGUNG / DESINFEKTION
Maschinelle Reinigung / Desinfektion
Hinweise zum Einsatz des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes
- Dienoisiertes Wasser verwenden.
- Ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät verwenden, das der ISO 15883 entspricht.

Die Validierung wurde ein Miele G7882 mit Cabinet E435/3 durchgeführt.
Hinweise zum Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- Beim Einsatz von alkalischen Reinigungsmittel, ist eine Neutralisation durchzuführen.

⚠ **VORSICHT**
Keine hochalkalischen Reinigungsmittel verwenden, da es zur Schaumbildung kommen kann.

- Keine Trocknungszeit verwenden.

Vom Hersteller validierte Vorgehensweise:
1. Produkt im Injektorwagen auf der Injektordüse platzieren.
2. Programm mit folgenden Parametern starten:
   a. Vorspülen mit dieionisiertem Wasser bei 20 °C, Haltezeit 1 min.
   b. Reinigung bei 55 °C, Haltezeit 5 min mit dieionisiertem Wasser und dem Reiniger Sekumatic® ProClean (Dosierung: 0,5 % (5 ml/dl).
   c. Neutralisieren mit Sekumatic® FNZ bei 20 °C, Haltezeit 2 min (Dosierung: 0,1 % (1 ml/dl).
   d. Spülen mit dieionisiertem Wasser (max. 100 KBE/ml) bei 20 °C, Haltezeit 2 min.
   e. Thermische Desinfektion bei 93 °C für 5 min mit dieionisiertem Wasser.
   f. Trocknung bei 100 °C.
3. Auf sichtbaren Schmutz untersuchen. Falls notwendig, Aufbereitung wiederholen.
4. Produkt gemäß Kapitel „Kontrolle" kontrollieren und für die Sterilisation (siehe Kapitel „Verpackung") vorbereiten.

Manuelle Reinigung / Desinfektion
Hinweise zum Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- Die Reinigungs- und Desinfektionslösung vor jedem manuellen Zyklus herstellen.
- Dieionisiertes Wasser verwenden.

Vom Hersteller validierte Vorgehensweise:
1. Eine 2 %ige (30 ml/l Reinigungs- und Desinfektionslösung aus Sekusept® Aktiv mit dieionisiertem Wasser bei 20 °C ansetzen. Die Maske/den TS vollständig in Lösung eintauchen. Nach 15 min ist die Reinigungs- und Desinfektionslösung einsatzbereit.
2. Die Produkte mit weichen Schwämmen in der Reinigungs- und Desinfektionslösung reinigen, das Produkt muss 15 Wiederholungen vollständig eingerieben werden. Harte Bürsten und andere Materialien, welche die Silikon Oberfläche verletzen, dürfen nicht verwendet werden.
3. Produkt mit einer Einwirkzeit von 15 min in die Reinigungs- und Desinfektionslösung einlegen. Benetzung aller Hohlräume sicherstellen.
4. Reinigungs- und Desinfektionslösung durch ausreichende Spülung mit dieionisiertem Wasser (max. 100 KBE/ml) vollständig entfernen. Rückstände können die Produktbenutzer verkürzen oder zu Materialschädigungen führen.
5. Sichtprüfung durchführen. Wasserrückstände entfernen.
6. Auf sichtbaren Schmutz untersuchen. Falls notwendig, Aufbereitung wiederholen.
7. Produkte gemäß Kapitel „Kontrolle" kontrollieren und für die Sterilisation (siehe Kapitel „Verpackung") vorbereiten.

KONTROLLE
Nach der Desinfektion und vor jeder Anwendung das Produkt auf Beschädigungen (Risse, Bruch etc.) überprüfen.
Ein mangelhaftes Produkt muss entsorgt werden.

VERPACKUNG
- Das Produkt nach den Reinigungs- und Desinfektionsprozessen in für die Dampfsterilisation geeignete Sterilbarrieresysteme verpacken. Die Sterilbarrieresysteme müssen der ISO 11607-1 entsprechen. Für die Validierung wurde ein Sterilbarrieresystem mit einer Einfachverpackung verwendet.

STERILISATION
Hinweise zur Sterilisation:
- Produkt bzw. Sterilisationsverpackung vor mechanischer Beschädigung schützen.
- Einen Sterilisator verwenden, welcher die Anforderung der DIN EN 285 oder DIN EN 13060 erfüllt.

Vom Hersteller validierte Sterilisation
- Das Produkt mittels Dampfsterilisation im fraktionierten Vakuumverfahren sterilisieren.
- Expositionszeit: 5 min bei 134 °C
- Die Trocknungszeit beträgt 10 min.
- Für die Validierung wurde ein Systec HX-320 Autoklav verwendet.

WIEDERVERWENDBARKEIT
Das Ende der Produktlebensdauer wird bei wiederverwendbaren Produkten grundsätzlich von Verschleiß und Beschädigung durch den Gebrauch bestimmt. Unter Berücksichtigung der maximalen Produktlebensdauer von 5 Jahren, können aufbereitete Produkte, bei sachgerechtem Gebrauch und Einhaltung der Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsanleitung, bis zu 100-mal aufbereitet werden.
Jede darüber hinausgehende Wiederverwendung liegt in der Verantwortung des Anwenders (siehe Kapitel „Kontrolle").

WARNUNG
Durch die Verwendung der Produkte an Patienten, bei denen eine Pronennenkrankung vermutet wird, ergibt sich möglicherweise ein hohes Übertragungsrisiko. In solch einem Fall liegt es im Ermessen des Arztes, das Produkt entweder zu entsorgen (siehe Kapitel „Entsorgung") oder gemäß den nationalen Vorschriften aufzubereiten.

SERVICE
Rückendungen von Medizinprodukten zur Reklamation/Reparatur müssen zuvor den gesamten Aufbereitungsprozess durchlaufen haben, damit eine Gefährdung für Mitarbeiter des Herstellers ausgeschlossen wird. Der Hersteller behält sich vor, verschmutzte und kontaminierte Produkte aus Sicherheitsgründen abzulehnen.

ENTSORGUNG
Das gebrauchte oder mangelhafte Produkt muss gemäß den anwendbaren nationalen und internationalen gesetzlichen Regelungen entsorgt werden.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

REF	35-65-222	35-65-223	35-65-224	35-65-225	35-65-226
#	2	3	4	5	6
Patientenzielgruppe	Kind, klein	Kind, groß	Erwachsener, klein	Erwachsener, mittel	Erwachsener, groß
Farbe	Grün	Gelb	Rot	Lila	Blau
Anschluss	22 mm I.D.				
Gewicht (inkl. Verpackung)	0,10 kg	0,12 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,16 kg
Verpackungseinheit	1	1	1	1	1

MATERIALDATEN

REF	Material
35-65-222, 35-65-223, 35-65-224, 35-65-225, 35-65-226	Innenlegender Kunststoffrahmen: PSU Gummaterial: Silikon
35-70-155, 35-70-255	Silikon
88-60-266	PSU

ZUBEHÖR

REF	Bezeichnung	Gewicht (inkl Verpackung)	Verpackungseinheit
35-70-155	Fixationsband Kind, wiederverwendbar	0,64 kg	10
35-70-255	Fixationsband Erwachsene, wiederverwendbar	0,85 kg	10
88-60-266	Haltering, wiederverwendbar	0,10 kg	10

English

INTENDED USE
To seal mouth and nose during ventilation/oxygenation of a patient.
Clinical benefit: Adequate ventilation/oxygenation of a patient by sealing the upper airway.
Patient target group: Children and adults
Place of use: Hospital and prehospital

INDICATIONS
- Temporary manual or mechanical ventilation/oxygenation.

No other indications are known.

CONTRAINDICATIONS
- In non-fasted patients with increased risk of aspiration, mask ventilation must not be employed except in emergency situations.

No other contraindications are known.

SAFETY INSTRUCTIONS
- Read and follow the instructions for use carefully before using the product and keep them for future reference.
- This product must only be used by medically trained personnel.
- Only use the product for the patient target group.
- The user and/or patient must report all serious adverse events that occurred in connection with the product to the manufacturer and competent authorities of the EU member state (or report to the competent authorities of the country if an event occurs outside of the EU) in which the user and/or patient is located.
- A check must be performed each time the product is used or after every reprocessing (see section "Checks"). A faulty product must not be used.
- Maximum application time: ≤ 2 hours
- If ventilation/oxygenation is not possible with this product, another adequate method of ventilation must be initiated.
- It is not permitted to make any changes to the product.
- The product is suitable for conducting oxygen, air, anaesthetic gases and their gas mixtures.
- The reusable product is supplied non-sterile and must be cleaned, disinfected and sterilised prior to every use (see section "Reprocessing").
- The product is suitable for MRI.
- If the expiration date has expired, the product may not be used.

PREPARATION PRIOR TO USE
- Select the suitable mask size.

Option: Attach the hook ring in case the fixation tape is used.

APPLICATION

⚠ **WARNING**
- In patients with obesity, facial hair, removed dentures or abnormal anatomical structures such as injuries or critical facial deformities, the extent to which mask ventilation is possible is at the discretion of the user.
- The user must ensure efficient ventilation/oxygenation during application.

- Connect the Bi-Mask to a resuscitator bag or breathing system. Ensure proper head positioning.
- Apply the Bi-Mask firmly over the patient's mouth and nose so that it forms an airtight seal of the upper airway.

If the Bi-Mask does not fit properly, the ventilation/oxygenation may be affected.
- Hold the Bi-Mask in position during ventilation/oxygenation.
- Option: Fix the Bi-Mask by means of the hook ring and fixation tape (fig. 1).

FOLLOWING APPLICATION
- Remove and disconnect the Bi-Mask and accessories used.

REPROCESSING
(CLEANING, DISINFECTION, STERILISATION)
GENERAL INFORMATION
- The manufacturer is not responsible for damage resulting from improper reprocessing.
- The user is obliged to validate their procedures or the devices and accessories and to comply with the validated parameters during every reprocessing.
- It is recommended to use an automated procedure due to a significantly higher efficiency of cleaning and disinfection.
- The effectiveness has been verified by an independent and accredited test laboratory.
- To achieve effective reprocessing, heavy soiling must not be allowed to dry on the product and must be removed immediately after use.
- The product must only be reprocessed by trained personnel.
- Silicone products must not come into contact with oil and grease.

CLEANING / DISINFECTION
Automated cleaning / disinfection
Notes regarding the use of washer disinfectors
- Use de-ionised water.
- Use a washer disinfector which complies with ISO 15883.

A Miele G7882 with Cabinet E435/3 was used for validation.
Notes regarding the use of cleaning agents and disinfectants
- When alkaline cleaning agents are used, the agent must be subsequently neutralised.

⚠ **CAUTION**
Do not use any highly alkaline cleaning agents, as this may cause foaming.

- Do not use drying agents.

Procedure validated by the manufacturer:
1. Position the product on the injector jet in the injector carriage.
2. Start program with the following parameters:
   a. Pre-rinse with de-ionised water at 20 °C (68 °F) and an exposure time of 1 min.
   b. Cleaning at 55 °C (131 °F) with an exposure time of 5 min using de-ionised water and Sekumatic® ProClean cleaning agent (dose: 0.5 % (5 ml/l).
   c. Neutralisation with Sekumatic® FNZ at 20 °C (68 °F) with an exposure time of 2 min (dose: 0.1 % (1 ml/l).
   d. Rinse with de-ionised water (max. 100 CFU/ml) at 20 °C (68 °F) and an exposure time of 2 min.
   e. Thermal disinfection at 93 °C (199 °F) for 5 min with de-ionised water.
   f. Dry at 100 °C (212 °F).
3. Check for visible contamination. If necessary, repeat reprocessing.
4. Check the product according to the section "Checks" and prepare them for sterilisation (see section "Packaging").

Manual cleaning / disinfection
Notes regarding the use of cleaning agents and disinfectants
- Prepare the cleaning and disinfection solutions prior to each manual cycle.
- Use de-ionised water.

Procedure validated by the manufacturer
1. Prepare a 2 % (30 ml/l) cleaning and disinfection solution of Sekusept® Aktiv with de-ionised water at 20 °C (68 °F). Stir several times for the next 15 min. The cleaning and disinfection solution is ready for use after 15 min.
2. Clean the products with soft sponges in the cleaning and disinfection solution, the product must be fully immersed for at least 20 s. Hard brushes and other materials which may damage the silicone surface must not be used.
3. Place the product into the cleaning and disinfection solution and leave for 15 min. Ensure all cavities are covered with solution.
4. Remove cleaning and disinfection solution by rinsing thoroughly with de-ionised water (max. 100 CFU/ml). Remaining residues can shorten the product shelf life or can lead to material damage.
5. Dry the product. Avoid any accumulation of water.
6. Check for visible contamination. If necessary, repeat reprocessing.
7. Check the products according to the section "Checks" and prepare them for sterilisation (see section "Packaging").

CHECKS
After disinfection and prior to every application, the product must be inspected for damage (cracks, breakage, etc.).
A faulty product must be disposed of.

PACKAGING
- After the cleaning and disinfection procedure, the product must be packed into a sterile barrier system suitable for steam sterilisation. The sterile barrier systems must comply with ISO 11607-1. A sterile barrier system with single packaging was used for validation.

STERILISATION
Notes regarding sterilisation:
- Product or sterilisation packaging must be protected from mechanical damage.
- Use a steriliser which complies with requirements of DIN EN 285 or DIN EN 13060.

Sterilisation validated by the manufacturer
- The product must be steam sterilised by a fractionated vacuum process.
- Exposure time is 5 min with a sterilisation temperature of 134 °C (273 °F).
- The drying time is 10 min.
- A Systec HX-320 autoclave was used for validation.

REUSABILITY
The end of the shelf life for reusable products is basically determined by wear and damage caused by its use. Considered properly and in accordance with the maximum shelf life of 5 years, reusable products can be reprocessed up to 100 times if appropriately used and under adherence of the cleaning, disinfection and sterilisation instructions.
Every further reuse is the responsibility of the user (see section "Checks").

⚠ **WARNING**
By using the products on patients with suspected prion disease there may be a high risk of transmission. In such case the physician decides if the product is either disposed of (see section "Disposal") or reprocessed according to national directives.

SERVICE
Prior to the return of medical devices for complaints/repairs, the products must have run through the complete reprocessing process to exclude any risk for the medical staff. For safety reasons, the manufacturer reserves the right to refuse soiled or contaminated products.

SHELF LIFE
The shelf life of the product is 5 years from the date of manufacture and it can be reprocessed 100 times within the shelf life.
Use-by date: See product label

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

⚠ **CAUTION**
- Protect from heat and store in a dry place.
- Keep away from sunlight and light sources.

DISPOSAL
The used or faulty product must be disposed of in accordance with the applicable national and international legal regulations.

PRODUCT SPECIFICATIONS

REF	35-65-222	35-65-223	35-65-224	35-65-225	35-65-226
#	2	3	4	5	6
Patient target group	Child, small	Child, large	Adult, small	Adult, medium	Adult, large
Colour	Green	Yellow	Red	Purple	Blue
Connection	22 mm I.D.				
Weight (incl. packaging)	0.10 kg (3.5 oz)	0.12 kg (4.2 oz)	0.14 kg (4.9 oz)	0.16 kg (5.6 oz)	0.16 kg (5.6 oz)
Packaging unit	1	1	1	1	1

MATERIAL DATA

REF	Material
35-65-222, 35-65-223, 35-65-224, 35-65-225, 35-65-226	Inner plastic frame: PSU Cover material: silicone
35-70-155, 35-70-255	Silicone
88-60-266	PSU

ACCESSORIES

REF	Designation	Weight (incl. packaging)	Packaging unit
35-70-155	Fixation tape for child, reusable	0.64 kg (22.6 oz)	10
35-70-255	Fixation tape for adult, reusable	0.85 kg (30.0 oz)	10
88-60-266	Hook ring, reusable	0.10 kg (3.5 oz)	10

Български

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
За уплътняване на устата и носа по време на вентилация/оксигенация на пациент.
Клинична полза: адекватна вентилация/оксигенация на пациент чрез уплътняване на горните дихателни пътища.
Целева group от пациенти: деца и възрастни
Място на употреба: клинично и предклинично

ПОКАЗАНИЯ
- Временна ръчна или механична вентилация/оксигенация.

Другите показания не са известни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- При пациенти в нетрезво състояние с повишен риск от аспирация вентилацията с маска/маска трябва да е използва само в спешни ситуации.

Другите противопоказания не са известни.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- Преди употребата прочетете внимателно инструкциите за употреба на изделието, спазвайте ги и ги запазете за бъдеща справка.
- Изделието трябва да се използва само от персонал с медицинско образование.
- Не използвайте изделието извън целевата group от пациенти.
- Потребителят и/или пациентът трябва да докладват всички сериозни инциденти във връзка с изделието на производителя и компетентния орган на държавата членка на ЕС (респ. на компетентните органи на съответната държава, ако настъпи инцидент извън ЕС), в която пребивава потребителят и/или пациентът.
- Преди всяка употреба и след всяка повторна обработка изделието трябва да се проверява за повреди (вж. глава „Проверка"). Повреденото изделие не трябва да се използва.
- Максимална продължителност на употребата: ≤ 2 часа
- Когато не е възможна вентилация/оксигенация с тоза изделие, трябва да се започне с друга адекватна форма на обдишване.
- Изделието не трябва да се извършват промени.
- Изделието е подходящо за подаване на кислород, въздух, анестетични газове и техни смеси.
- Многократно използваното уредба се доставя нестерилно и трябва да се почиства, дезинфекцира и стерилизира преди всяка употреба (вж. глава „Повторна обработка").
- Изделието е подходящо за МРТ.
- При просрочена дата на изтичане на годността изделието не трябва да се използва.

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА
- Изберете подходящ размер маска.

Опция: Закачете фиксиращия пръстен, в случай че се използва фиксиращата лента.

УПОТРЕБА

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
- При пациенти със затлъстяване, оксиламане на лицето, при непоставена зъбна протеза или анормални анатомични структури, като например ръбове или критични деформации на лицето, потребителят трябва да преценки доколко е възможна вентилация с маска.
- По време на употребата потребителят трябва да следи за ефективна вентилация/оксигенация.

- Свързвате Bi-маската с балон или система за обдишване.

Следете за правилна позиция на главата.
- Поставете Bi-маската плътно върху устата и носа на пациента така, че да запечатва черешната горните дихателните пътища.

Неправилно поставяне на Bi-маската може да нарушава вентилацията/оксигенацията.
- Фиксирайте на позиция Bi-маската по време на вентилацията/оксигенацията.
- Опция: Фиксирайте Bi-маската с фиксираща лента и фиксиращ пръстен (фигура 1).

СЛЕД УПОТРЕБА
- Отстранете и отделете Bi-маската и използваните принадлежности.

ПОВТОРНА ОБРАБОТКА
ПОЧИСТВАНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ)
ОБЩИ УКАЗАНИЯ
- Производителят не поема отговорност за щети, възникнали вследствие на неправилна повторна обработка.
- Задължение на потребителя е да валидира съответно свои метод, респ. уредите и принадлежностите, и да спазва валидираните параметри при всяка повторна обработка.
- Вса основа на значително по-високата ефективност за почистването и дезинфекцията се препоръчва използването на машинен метод.
- Ефективността е доказана от независима и акредитирана контролна лаборатория.
- За да се постигне ефективна повторна обработка, грубо замърсяване не трябва да засъхнат по продукта, а да се отстраняват непосредствено след употребата.
- Изделието трябва да се обработва повторно само от обучен персонал.
- Силиконовите изделия не трябва да влизат в контакт с масла и грес.

ПОЧИСТВАНЕ/ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Машинно почистване/дезинфекция
Указания относно употребата на уреда за почистване и дезинфекция
- Използвайте дейонизирана вода.
- Използвайте машина-дезинфекционна машина, съответстваща на ISO 15883.

За валидиране е използвана Miele G7882 с Cabinet E435/3.
Указания относно употребата на препарати за почистване и дезинфекция
- При употреба на алкален почистващ препарат трябва да се извърши неутрализация.

⚠ **ВНИМАНИЕ**
- Не използвайте високоалкални почистващи препарати, тъй като е възможно образуване на пяна.

- Не използвайте изсушители.

Процедура, валидирана от производителя:
1. Поставете изделието на предната част в инжекторната колица.
2. Стартирайте програмата с следните параметри:
   а. Предварително промиване с дейонизирана вода при 20 °C, продължителност 1 min.
   b. Почистване при 55 °C, продължителност 5 min с дейонизирана вода и почистващ препарат Sekumatic® ProClean (дозировка: 0,5 % (5 ml/dl).
   c. Неутрализация със Sekumatic® FNZ при 20 °C, продължителност 2 min (дозировка: 0,1 % (1 ml/dl).
   d. Изплакване с дейонизирана вода (макс. 100 cfu/ml) при 20 °C, продължителност 2 min.
   e. Термодезинфекция при 93 °C в продължение на 5 min с дейонизирана вода.
   f. Изсушаване при 100 °C.
3. Прегледайте за видимо замърсяване. Ако е необходимо, отново извършете повторната обработка.
4. Проверете изделието съгласно глава „Проверка" и го подгответе за стерилизация (вж. глава „Опаковка").

Ръчно почистване/дезинфекция
Указания относно употребата на препарати за почистване и дезинфекция
- Приготвяйте разтвора за почистване и дезинфекция преди всеки ръчен цикъл.
- Използвайте дейонизирана вода.

Процедура, валидирана от производителя:
1. Пригответе 2 %-ов (30 ml/l) почистващ и дезинфекциращ разтвор от Sekusept® Aktiv с дейонизирана вода при 20 °C. Разбърквайте няколкократно през следващите 15 min. След 15 min разтворът за почистване и дезинфекция е готов за употреба.
2. Почистете изделието с меки гъби в разтвора за почистване и дезинфекция, като продуктът трябва да се накисне изцяло за минимум 20 s. Не трябва да се използват твърди четки и други материали, повреждащи силиконовата повърхност.
3. Накиснете изделието в разтвора за почистване и дезинфекция за контактно време от 15 min. Осигурете омокряне на всички кухини.
4. Отстранете разтвора за почистване и дезинфекция чрез достатъчно изплакване с дейонизирана вода (макс. 100 cfu/ml). Неотстранени остатъци могат да съкратят срока на годност на изделието или да доведат до повреди на материалите.
5. Изсушете изделието. Избягвайте натрупвания на вода.
6. Прегледайте за видимо замърсяване. Ако е необходимо, отново извършете повторната обработка.
7. Проверете изделията съгласно глава „Проверка" и ги подгответе за стерилизация (вж. глава „Опаковка").

ПРОВЕРКА
Проверете изделието за повреди (пукнатини, разкъсване и др.) след дезинфекцията и преди всяка употреба.
Дефектното изделие трябва да се изхвърли.

ОПАКОВКА
- След процеса на почистване и дезинфекция опаковайте изделието в стерилен контейнерна система, подходяща за парна стерилизация. Стерилните бариерни системи трябва да съответстват на ISO 11607-1. За валидирането е използвана стерилна бариерна система с единична опаковка.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Указания за стерилизация:
- Защитете изделието, респ. стерилизационната опаковка, срещу механично повреждане.
- Използвайте стерилизатор, изпълняващ изискванията съгласно DIN EN 285 или DIN EN 13060.

Стерилизация, валидирана от производителя
- Стерилизирайте изделието посредством парна стерилизация по метода на фракционирания вакуум.
- Време на експозиция 5 min при температура на стерилизация 134 °C.
- Времето за изсушаване е 10 min.
- За валидирането е използван автоклав System HX-320.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА
По принцип краят на срока на годност при изделия за многократна употреба се определя от износването и повреждането вследствие на употребата. С оглед на максималния срок на годност на изделията от 5 години и при правилно употребяване и спазване на инструкциите за почистване, дезинфекция и стерилизация годните за повторна обработка изделия могат да се обработват повторно до 100 пъти.
Всяка допълнителна употреба е отговорност на потребителя (вж. глава „Проверка").

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Използвайки при пациенти, при които се подозира болест на Creutzfeldt-Jakob, е високо вероятно да се получи висок риск от предаване. В такъв случай, по преценка на лекаря, изделието трябва или да се изхвърли (вж. глава „Изхвърляне"), или да се подложи на повторна обработка съгласно национални/регионални разпоредби.

СЕРВИЗ
Върнати за рекламация/ремонт медицински изделия трябва предварително да са преминали целия процес на повторна обработка, за да се изключи опасност за служителите на производителя. От съображения за безопасност производителят си запазва правото да не приема замърсени и заразени изделия.

СРОК НА ГОДНОСТ
Изделията имат срок на годност 5 години от датата на производство и може да се обработва повторно 100 пъти в рамките на срока на годност.
Срок на годност: вж. етикета на изделието

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

⚠ **ВНИМАНИЕ**
- Да се пази от топлина и да се съхранява на сухо място.
- Да се пази от слънчева светлина и източници на светлина.

ИЗХВЪРЛЯНЕ
Използваното или повредено изделие трябва да се изхвърли съгласно приложимите национални и международни законови предписания.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИЗДЕЛИЕТО

REF	35-65-222	35-65-223	35-65-224	35-65-225	35-65-226
#	2	3	4	5	6
Целева група от пациенти	Деца, малки	Деца, големи	Възрастни, малки	Възрастни, средни	Възрастни, големи
Цвят	Зелен	Жълт	Червен	Лилав	Син
Връзка	22 mm вътр. диам.				
Тегло (вкл. опаковката)	0,10 kg	0,12 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,16 kg

Česky

ÚČEL POUŽITÍ
K utěsnění pacientových úst a nosu během ventilace/oxygenace.
Klinické využití: Adekvátní ventilační/oxygenace pacienta utěsněním horních cest dýchacích.
Cílová populace pacientů: děti i dospělí
Místo použití: klinické i neklinické prostředí

INDIKACE
- Dočasná manuální nebo mechanická ventilace/oxygenace.

Další indikace nejsou známy.

KONTRAINDIKACE
- V případě pacientů, kteří nejsou střízliví, a při zvýšeném riziku vdechnutí lze dýchací masku k umělému dýchání použít pouze v nouzových situacích.

Žádné další kontraindikace nejsou známy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k použití, řiďte se jím a uschovejte jej pro případ, že bude jej později potřebovat znovu.
- Výrobek smí používat pouze personál se zdravotnickým vzděláním.
- Výrobek nepoužívejte u osob mimo cílovou populaci pacientů.
- Uživatel nebo pacient musí všechny závažné nežádoucí příhody, k nimž dojde v souvislosti s výrobkem, nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu EU (nebo příslušnému úřadu jiného státu, pokud k příhodě dojde mimo EU), v němž má uživatel nebo pacient své sídlo či bydliště.
- Před každým použitím nebo po každé přípravě na opakované použití proveďte kontrolu výrobku (viz kapitola „Kontrola"). Vadný výrobek se nesmí používat.
- Maximální doba používání: ≤ 2 hodiny
- Pokud není ventilace/oxygenace pomocí tohoto výrobku možná, musí být zahájena s použitím jiné vhodné metody ventilace.
- Na výrobku se nesmí provádět žádné změny.
- Výrobek je vhodný pro průchod kyslíku, vzduchu, anestetických plynů a plynových směsí.
- Výrobek určený k opakovanému použití se dodává nesterilní a musí se před každým použitím vyčistit, dezinfikovat a sterilizovat (viz kapitola „Příprava k opakovanému použití").
- Výrobek je vhodný pro magnetickou rezonanci.
- Po uplynutí data exprace nesmíte výrobek použít.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM
- Vyberte vhodnou velikost masky.

Možnost: Pokud používáte fixační pásku, připevněte přidržovací kroužek.

POUŽITÍ

⚠ **VAROVÁNÍ**
- U pacientů s obezitou, vousy, s nenasazenou zubní protézou nebo abnormálními anatomickými strukturami, např. poraněni nebo závažnými deformacemi obličeje, záleží na uvážení uživatele, do jaké míry je ventilace pomocí masky možná.
- Uživatel musí při použití dbát na to, aby byla ventilace/oxygenace účinná.

- Spojte Bi-masku s resuscitačním vakem nebo ventilačním systémem. Dbejte na správnou polohu hlavy.
- Přiložte bi-masku pevně přes pacientova ústa a nos tak, aby byli pacientovy horní cesty dýchací vzduchotěsně uzavřeny.

Nesprávné nasazení bi-masky může mít negativní vliv na ventilaci/oxygenaci.
- Během ventilace/oxygenace přidržujte bi-masku na místě.
- Možnost: Připevněte bi-masku fixační páskou a přidržovacím kroužkem (obr. 1).

PO POUŽITÍ
- Sejměte bi-masku a použité příslušenství a odpojte je od sebe.

PŘÍPRAVA NA OPAKOVANÉ POUŽITÍ
ČISTĚNÍ, DEZINFEKCE, STERILIZACE)
OBECNÉ INFORMACE
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé nesprávnou přípravou na opakované použití.
- Je na uživateli, aby odpovídajícím způsobem schválil postup, případně zařízení a příslušenství a schválené parametry během každého přípravu na opakované použití dodržoval.
- Vzhledem k mnohem vyšší účinnosti čištění a dezinfekce doporučujeme používat strojový postup.
- Účinnost byla prokázána nezávislou a akreditovanou zkušební laboratoří.
- Aby byla příprava na opakované použití účinná, nesmějí na výrobku zaschnout hrubé nečistoty. Musejí být odstraněny ihned po použití výrobku.
- Přípravu výrobku na opakované použití smí provádět pouze vyškolený zdravotnický

4. Revise el producto según el apartado de "Inspección" y prepárelo para la esterilización (véase el apartado "Envuelto").

Limpieza/desinfección manuales

Notas relativas al uso de detergentes y desinfectantes

1. Prepare la solución de limpieza y desinfección antes de cada ciclo manual.
• Utilice agua desionizada.

Procedimiento validado por el fabricante:

1. Prepare una solución para la limpieza y desinfección con agua desionizada y Sekusept® Aktiv al 2 % (30 ml/l) a una temperatura de 20 °C. Remueva varias veces durante los siguientes 15 minutos. Al cabo de 15 min, la solución de limpieza y desinfección ya está lista para el uso.
2. Limpie los productos con una esponja suave en la solución de limpieza y desinfección. El producto debe estar completamente sumergido durante como mínimo 20 s. No se deben utilizar cepillos duros ni otros materiales que puedan dañar la superficie de silicona.
3. Introduzca el producto en la solución de limpieza y desinfección durante un tiempo de exposición de 15 min. Asegúrese de que todos los espacios huecos estén sumergidos.
4. Aclare abundantemente la solución de limpieza y desinfección con agua desionizada (máx. 100 UFC/ml). Los residuos restantes pueden acortar la vida útil del producto y provocar daños en el material.
5. Seque el producto. Evite la acumulación de agua.
6. Compruebe si existe contaminación visible. En caso necesario, repita el procesado.
7. Revise los productos según el apartado de "Inspección" y prepárelos para la esterilización (véase el apartado "Envuelto").

INSPECCIÓN

Después de la desinfección y antes de cada uso, compruebe el producto para su presencia daños (grietas, roturas, etc.).
Un producto defectuoso se debe eliminar.

ENVASADO

• Después del procedimiento de limpieza y desinfección el producto debe envasarse en sistemas de barrera estéril adecuados para la esterilización por vapor. Los sistemas de barrera estéril deben ser conformes a ISO 11607-1. Para la validación se utilizó un sistema de barrera estéril con un envoltorio sencillo.

ESTERILIZACIÓN

Notas relativas a la esterilización:

• Proteja el producto y el envase de esterilización de los daños mecánicos.
• Use un esterilizador que cumpla con la norma de la norma DIN EN 285 o DIN EN 13060.

Esterilización validada por el fabricante

• Esterilizar el producto por vapor mediante un proceso de vacío fraccionado.
• El tiempo de exposición es de 5 min a una temperatura de esterilización de 134 °C.
• El tiempo de secado es de 10 min.
• Para la validación se utilizó el autoclave Systec HX-320.

REUTILIZACIÓN

El fin de la vida útil de los productos reutilizables está determinado básicamente por el desgaste y el daño causados por el uso. Teniendo en cuenta una vida útil máxima de 5 años, los productos reprocesados tienen que reprocesarse hasta 100 veces si se utilizan adecuadamente y se observan las instrucciones de limpieza, desinfección y esterilización. Cualquier reutilización subsiguiente será responsabilidad del usuario (véase el apartado "Inspección").

⚠ **ADVERTENCIA**
Cuando los productos se utilizan en pacientes con sospecha de enfermedades priónicas, puede existir un riesgo elevado de transmisión. En este caso, el médico decidirá si se elimina el producto (véase el apartado "Eliminación") o se reprocesa de acuerdo con las directrices nacionales.

SERVICIO TÉCNICO

Antes de devolver los productos sanitarios para reclamación o reparación, deben haber sido sometidos a un procesado completo a fin de excluir cualquier riesgo para el personal del fabricante. Por razones de seguridad, el fabricante se reserva el derecho a rechazar productos sucios o contaminados.

VIDA ÚTIL

La vida útil del producto es de 5 años a partir de la fecha de fabricación y podrá prorrogarse 100 veces a lo largo de este periodo.
Utilizable hasta: ver etiqueta del producto

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

⚠ **ATENCIÓN**
• Protegerlo del calor y guardar en un lugar seco.
• Proteger de la luz solar y de las fuentes de luz.

ELIMINACIÓN

El producto usado o defectuoso se debe eliminar de acuerdo con las normas legales nacionales e internacionales aplicables.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REF	35-65-222	35-65-223	35-65-224	35-65-225	35-65-226
#	2	3	4	5	6
Grupo objetivo de pacientes	Niño, pequeño	Niño, grande	Adulto, pequeño	Adulto, mediano	Adulto, grande
Color	Verde	Amarillo	Rojo	Violeta	Azul
Conexión	22 mm D.I.				
Peso (incl. envase)	0,10 kg	0,12 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,16 kg
Unidad de envasado	1	1	1	1	1

DATOS SOBRE MATERIALES

REF	Material
35-65-222, 35-65-223, 35-65-224, 35-65-225, 35-65-226	Borde interno: PSU Cuerpo: silicona
35-70-155, 35-70-255	Silicona
88-60-266	PSU

ACCESORIOS

REF	Descripción	Peso (incl. envase)	Unidad de envasado
35-70-155	Arnés para niño, reutilizable	0,64 kg	10
35-70-255	Arnés para adulto, reutilizable	0,85 kg	10
88-60-266	Anillo de fijación, reutilizable	0,10 kg	10

Eesti

KASUTUSOTSTARVE

Suu ja nina tihendamiseks patsiendi kunstliku hingamise / hapnikuga varustamise ajal. Kliinilise kasu: patsiendi adekvaatne kunstlik hingamine / hapnikuga varustamine tähistele hingamisteede theemadele teel.
Patsiendile sõltuvalt: laps ja täiskasvanu
Kasutusotsikut: klinik ja eeklinik

NÄIDUSTUSED

• Ajutine käitsi tehtav või mehaaniline kunstlik hingamine / hapnikuga varustamine.
Muid näidustusi ei ole teada.

VASTUNÄIDUSTUSED

• Etsakainete patsientide korral, kellel on kõrgendatud aspiratsioonirisk, tohib maskiga kunstlikku hingamist kasutada ainult hädaolukordades.
Muid vastunäidustusi ei ole teada.

OHUTUSJUHISED

1. Enne toote kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, jälgige seda ja hoidke see hilisemaks järelevaatamiseks alles.
• Tootel tohib kasutada ainult meditsiinilise väljaõppega personal.
• Tooted ei tohi kasutada ühekordsete sihtotstarbe sihtotstarbe.
• Kasutaja/juhtivi peaksen peab kõigist seoses tootega esinenud tõsistest ohujuhtumitest teatama tootjale ning kasutaja juhtivi pädanesti tegevuskoha Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele/pädevale ametile sihtotrhma.
• Iseale, juhul kui juhtum leiab aset väljaspool Euroopa Liitu.
• Enne igat kasutuskorda võtavad igat taaskõlbust tuleb tootele tehta kontroll (vaata peatükki "Kontroll"). Puudustega tooted ei tohi kasutada.
• Maksimaalne kasutuskestus: ≤ 2 tund
• Kui kunstlik hingamine / hapnikuga varustamine selle toote abil võimalik pole, siis peab asjakohane mõne teise edukvaatse kunstliku hingamise meetodiga.
• Tooted ei tohi ette võtta muudatusi.
• Toode on kõrge hapniku, õhu ja aheteseisaegaste ning nende gaaisegude läbijõutimisteks.
• Taaskasutatav toode tarnitakse mittesterilisena ja selle peab enne igat kasutuskorda puhastama, desinfitseerima ja steriliseerima (vaata peatükki "Taastöötlus").
• Toode on kõlblik MRT jaoks.
• Ületaud aegumistähtaja korral ei tohi toodet kasutada.

ETTEVALMISTUS ENNE KASUTAMIST

• Võtke mõlgi sõlmi maski suunas.
Valikuvõimalus: kinnitage hoidrõngas, juhul kui kasutatakse fiksaatorlinti.

KASUTAMINE

⚠ **HOIATUS**
• Patsiendile puhul, kellel on rasvumus, näokavad, kellel pole hambaproteesi kohale pandud või kellel on anomaaselt anatoomilised struktuurid, nagu näiteks vigastused või näo kriitilised deformatsioonid, jäägi kasutaja äranägemisele, millist mõlemat maskiga kunstlik hingamine võimalik on.
• Kasutaja peab kasutamise ajal jälgima tõhusat kunstlikku hingamist / hapnikuga varustamist.

• Ühendage B-maskiga kunstlik hingamine koti või kunstliku hingamise süsteemiga. Jälgige pea korrektset asendit.
• Pange B-mask kindlalt patsiendi suu ja nina peale, nii et see sulgeks olemisel hingamisteede ümbruse.
Bi-maski ekaborektse istu korral võib kunstlik hingamine / hapnikuga varustamine olla mõjustatud.
• Hoidke kunstlikku hingamine / hapnikuga varustamise ajal bi-maski vajalikus asendis.
• Valikuvõimalus: kinnitage B-mask fiksaatorlindi ja hoidrõnga abil (joonis 1).

PÄRAST KASUTAMIST

• Eemaldage bi-mask ja kasutatud tavikud nõrg ühendage need lahti.

TAASTÖÖTLUS

(PUHASTAMINE, DESINFITSEERIMINE, STERILISEERIMINE)

ÜLDISED JUHISED

• Tootja ei vöta enda kaude vastutust kahjustuste eest, mis on tekkinud asjatundmatu taastöötluse tõttu.
• Kasutaja kõrvaldusta on oma meetod vöi seadmed ja tarvikud vastavalt valideerida ning valideeritud parameetritel iga taastöötluse puhul kinni pidada.
• Puhastamise ja desinfitseerimise selgesti suurema toimivuse tõttu soovitatakse kasutada masinpuhastamist.
• Toimivus on tõenäolut sõltumatu ja akrediteeritud kontrollimislabori poolt.
• Tõhusaks taastöötlemiseks ei tohi toote jõuda ulatusliikse kuivanud jäake ja need kõlbelvõetud pärast kasutamist eemaldada.
• Tooteil tohib taastöötlemisega ainult kooltatud personal poolt.
• Silikoonist tooted ei tohi õlide ega määrtega kokku puutuda.

PUHASTAMINE/DESINFITSEERIMINE

Puhastamine/desinfitseerimine seadme abil

Juhised puhastus- ja desinfitseerimisseadme kasutamiseks

• Kasutage deioneeritud vett.
• Kasutage puhastus- ja desinfitseerimisseadet, mis vastab standardile ISO 15883. Valideerimiseks kasutati vahendit Miele G7882 koos seadmega Cabinet E435/3.

Juhised puhastus- ja desinfitseerimisvahendite kasutamiseks

• Alustele puhastusvahendite kasutamise korral tuleb läbi via neutraliseerimine.

⚠ **ETTEVAATUST**
Ärge kasutage tugevat aluselisi puhastusvahendi, kuna võib esineda vahu teke!

• Ärge kasutage kuivatusvahendid.

Tootja poolt valideeritud toimimisviis:

1. Paigutage toode injektoriklassi pesukorvi peale.
2. Käivitage programm järgmiste parameetritega:
a. Eelnev loputamine desinfitseerimisel veega temperatuuril 20 °C, hoideaeg 1 min.
b. Puhastus temperatuuril 55 °C, hoideaeg 5 minutit desinfitseerimisel veega, puhastusvahendiga Sekumatic® ProClean (annustamine: 0,5 % (5 ml/l).
c. Neutraliseerime vahendiga Sekumatic® FNZ temperatuuril 20 °C, hoideaeg 2 minutit (annustamine: 0,1 % (1 ml/l).
d. Loputamine deioneeritud veega (max 100 KBE/ml) temperatuuril 20 °C, hoideaeg 2 minutit.
e. Termilne desinfitseerimine deioneeritud veega temperatuuril 93 °C kestusega 5 minutit.
f. Kuivatamine temperatuuril 100 °C.
3. Ulurge, kas esines nähtavat mustust. Juhul kui see on vajalik, siis korrake taastöötlust.
4. Kontrollige tooted vastavalt peatükile "Kontroll" ja valmistage see steriliseerimiseks ettevalmistamiseks (vaata peatükki "Pakend").

Käsitsi puhastamine / desinfitseerimine

Juhised puhastus- ja desinfitseerimisvahendite kasutamiseks

• Valmistage puhastus- ja desinfitseerimislahus enne igat käsitsi puhastamise tsüklit.
• Kasutage deioneeritud vett.

Tootja poolt valideeritud toimimisviis:

1. Segage 2 % -line (30 ml/l puhastus- ja desinfektsioonilahus vahendist Sekusept® Aktiv deioneeritud veega temperatuuril 20 °C. Segage järgmised 15 minutit mitu korda läbi. 15 minut pärast on puhastus- ja desinfitseerimislahus kasutusvalmis.
2. Puhastage tooted käsitsi pehmete puhastus- ja desinfitseerimislahusega. Toote peab vähemalt 20 sekundiks täielikult sukeldama. Kõvasid harju ja teisi materjale, mis vigastavad silikoonist pealispinda, ei tohi kasutada.
3. Asetage tooted kuni 15 minutiks puhastus- puhastus- ja desinfitseerimislahusesse. Tagage kõigi õõnsuste niisutamine.
4. Eemaldage puhastus- ja desinfitseerimislahus pärast deioneeritud veega (max 100 KBE/ml) loputamise teel. Eemaldamata jäägid võivad lühendada toote kasutuskestust või põhjustada materjali kahjustusi.
5. Kuivatage toote Vältige ere niiskust.
6. Uurige, kas esines nähtavat mustust. Juhul kui see on vajalik, siis korrake taastöötlust.
7. Kontrollige tooted vastavalt peatükile "Kontroll" ja valmistage need steriliseerimiseks ette (vaata peatükki "Pakend").

KONTROLL

Pärast steriliseerimist ja enne igat kasutuskorda tuleb toode läbi kontrollida, kas esines kahjustusi (praokad, rebenemised jms).
Puudustega toote peab andma jäätmekäitlusse.

PAKEND

• Toode tuleb pärast puhastus- ja desinfitseerimisprotsessi pakendada auruga steriliseerimiseks sobivatesse steriilse barjääri süsteemidesse. Steriilse barjääri süsteemid peavad vastama standardile ISO 11607-1. Valideerimiseks kasutati ühekordse pakendi ühe steriilse barjääri süsteemi.

STERILISEERIMINE

Juhised steriliseerimise kohta:

• Kaitske tooted vigastuste eest steriliseerimispakendit mehaanilise pinnakoormuse eest.
• Kasutage steriliseerimiseks, mis täidab standardi DIN EN 285 või DIN EN 13060 nõudeid.

Tootja poolt valideeritud steriliseerimisviis

• Steriliseerige toode auterõõnsusesse ette fraktsioneeritud vaakummeetodil.
• Kokkupuuteaeg 5 minutit steriliseerimistemperatuuril 134 °C.
• Kuivamisajaks on 10 minutit.
• Valideerimiseks kasutati autoklaavi Systec HX-320.

TAASKASUTATAVUS

Toote kasutuskestuse lõpp määratakse taaskasutavate tooete puhul põhimõtelisel kasutamisel tingituil kaitsete järgi. Võttes arvesse toote 5 aasta pikkust maksimaalset kasutuskestust, saab taastöötlemisaid tooteid asjakohase kasutamise ning puhastus-, desinfitseerimis- ja steriliseerimisjuhiseid kinnipidamise korral taastöötleda kuni 100 korda.
Iga seda ületav taaskasutus jäägi kasutaja vastutusele (vaata peatükki "Kontroll").

⚠ **HOIATUS**
Toodete kasutamise korral patsientidel, kellel oletatakse prionnhaigust, võib tekkida kõrge jäägi ülekandumise risk. Sellisel juhul jäägi äranägemisele, kas saata toode jäätmekäitlusse (vaata peatükki "Jäätmekäitlus") või taastöötleda seda vastavalt riigisisestele eeskirjadele.

Suomi

KÄYTTÖTARKOITUS

Kynnen ja huulien tiivistäminen potilaan ventiloinnin / hapetuksen aikana.
Kliinen hyöty: potilaan asianmukainen ventilointi / hapetus tiivistämällä ylähengitystiet.

KÄYTÖN AIHEET

Potilaasta riippuvaisia: lapset ja aikuiset
Käyttöpaikka: sairaala ja ensiapu

KÄYTTÖAIHEET

• Tilapäinen manuaalinen tai mekaaninen ventilointi / hapetus.
Muita käyttöaiheita ei tunnetu.

VASTA-AIHEET

• Potilailla, jotka eivät ole paastoneet ja joilla on kohonnut aspiraatioriski, mahdollisesti-tilaatosta saa käyttää ainoastaan hätätapauksissa.
Muita vasta-aiheita ei tunnetu.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä, noudata niitä huolellisesti ja säilytä käyttöohjeet myöhempää varten.
• Vain koulutettu lääkäriteknillinen henkilökunta saa käyttää.
• Älä käytä tuotetta kohdepotilasryhmän ulkopuolella.
• Käyttäjän pitä juoksun on ilmoittetaa kaikista tuotteen käyttön yhteydessä ilmenneistä vakavista vaarallisteista valmistajille ja sen kotimaan tai-vaihtoehtoisille viranomaisille (tai maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jos loukkaus ei ole tapahtunut EU-alueen ulkopuolella), johon käyttäjä jatkai potilas on sijoittautunut.
• Tuotteille on tehtävä tarkastus (katso luku "Tarkastus") aina ennen käyttöä ja aina uudelleenkäsittelyn jälkeen. Vaurioituntta tuotetta ei saa käyttää.
• Käytön enimmäiskesto: ≤ 2 tuntia
• Jos ventilaatio / hapetus tämän tuotteen kanssa ei ole mahdollista, ventilaatio on aloitettava toisella asianmukaisella ventilointimenetelmällä.
• Tuotteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia.
• Tuote sovelttua hapen, ilman sekä anesteisäkaasujen ja niiden kaasuseosten johtamiseen.
Käytettävyyttävä tuote toimitetaan steriloimattomana, ja se on puhdistettava, desinfioitava ja sterilioitava ana ennen käyttöä (katso luku "Uudelleenkäsittely").
• Tuote soveltuu käyttöväkisi magneettikuvauksessa.

MR
• Jos viimeinen käyttöpäivämäärä on umpeutunut, tuotetta ei saa käyttää.

VALMISTEUT ENNEN KÄYTTÖÄ

• Valitse sopivarakoinen kset.
Valinnaisesti: Kiinnitä kiinnitysrengas, jos käytetään kiinnityshihnaa.

KÄYTTÖ

⚠ **VAROITUS**
• Käyttäjän on arvioitava maskiventilaation mahdollisuus potilaalla, jolla on ylipainoa, kasvokavioituksia, hammasproteesi, jolla ei ole paikallaan, tai poikkeavia anatomisia rakenteita, kuten kasvojen vammat tai kriittisiä epämuodostumia.
• Käyttäjän on käytön aikana varmistettava tehokas ventilointi / hapetus.

• Yhdistä B-maski hengityspussiin tai hengityksjärjestelmään.
Varmista potilaan pään oikea asento.
• Pidä B-maski tukevasti potilaan suun ja nenän päälle niin, että se sulkee ylähengitystiet ilmatiiviisti.
Jos B-maski ei ole oikeassa asennossa, sillä voi olla haitallinen vaikutus ventilaatioon tai hapetukseen.
• Pidä B-maski paikallain ventilaation / hapetuksen aikana.
• Valinnaisesti: Kiinnitä B-maski kiinnityshihnalla ja kiinnitysrenkaalla (kuva 1).

KÄYTÖN JÄLKEEN

• Irrota ja poista B-maski / käytetyt liikenteet.

UUDELLEENKÄSITTELY

(PUHDISTUS, DESINFIOINTI, STERILOINTI)

YLEISET OHJEET

• Valmistaja ei vastaa epäasianmukaisesta uudelleenkäsittelystä johtuvista vaurioista. On käyttäjän vastuulla varmistaa käytettyen menetelmien, tuotteiden ja lähavarusteiden asianmukaisuus. Käytä vain sellaisia menetelmiä, jotka on ilmoitettu tuotteen käyttöohjeissa.
• Puhdistuksessa ja desinfioinnissa suositellaan käytettävän koneellisia menetelmiä niiden huomattavasti tehokkaamman vuoksi.
• Riippumaton ja vahtautettu kolebaboratorio on todistanut menetelmien tehon.
• Tehokkaan uudelleenkäsittelyn takaamiseksi riäkyvien epäpuhtauksien ja saa antaa kuivua tuotetan jäänyt, vaan ne on poistettava heti käytön jälkeen.
• Vain kouluttetu henkilökunta saa uudelleenkäsitellä tuotteen.
• Silikoonituotteet eivät saa joutua kosketuksiin öljyjen ja rasvojen kanssa.

PUHDISTUS / DESINFIOINTI

Koneellinen puhdistus / desinfiointi

Puhdistus- ja desinfiointilaitteen käyttöä koskevia huomautuksia

• Käytä ionipuhdistettua vettä.
• Käytä ISO 15883 -standardin mukaista puhdistus- ja desinfiointilaitetta.
Voitaisiin käyttämän Miele G7882- ja Cabinet E435/3 -laitetta.

Puhdistus- ja desinfiointiaineiden käyttöä koskeva huomautuksia

• Emäksisiä puhdistusaineita käytettäessä on suorittettava neutralisaatio.

⚠ **HUOMIO**
Voimakkaasti emäksisiä puhdistusaineita ei saa käyttää, koska ne voivat vaahtoutua.

• Älä käytä kuivatusaineita.

Valmistajan vahvistama menettelytapa:

1. Aseta tuote sulkuistuvaruussa olevaan sulkuitusuuttimeen.
2. Käynnistä ohjelma seuraavilla asetuksilla:
a. Esihuuhtelu ionipuhdistetulla vedellä 20 °C:ssa, altistusaika 1 min.
b. Puhdistus 55 °C:ssa, altistusaika 5 min ionipuhdistetulla vedellä ja Sekumatic® ProClean -ainetella (annostelu: 0,5 % (5 ml/l).
c. Neutralisointi Sekumatic® FNZ -ainella 20 °C:ssa, altistusaika 2 min (annostelu: 0,1 % (1 ml/l).
d. Huuhtelu ionipuhdistetulla vedellä (enintään 100 pmy/ml) 20 °C:ssa, altistusaika 2 min.
e. Lämpödesinfiointi 93 °C:ssa 5 min ionipuhdistetulla vedellä.
f. Kuivaus 100 °C:ssa.
3. Tarkista, näkyikö tuotessa likaa. Toista uudelleenkäsittely tarvittaessa.
4. Tarkasta tuote kohdan "Tarkastukset" ohjeiden mukaan ja valmiste se steriloinnia (katso luku "Pakkaus") varten.

Manuaalinen puhdistus / desinfiointi

Puhdistus- ja desinfiointiaineiden käyttöä koskeva huomautuksia

• Valmista puhdistus- ja desinfiointiliuos enen jokaista manuaalista käsittelyjaksoa.
• Käytä ionipuhdistettua vettä.

Valmistajan vahvistama menettelytapa:

1. Sekoita Sekusept Aktiv -sekoitus 2 % ionipuhdistetusta vedestä 2-prosenttinen (30 ml/l) puhdistus- ja desinfiointiliuos 20 °C:ssa. Sekoita sisälta kertoja seuraavan 15 min aikana. Puhdistus- ja desinfiointiliuos on käyttövalmis 15 min kuluttua.
2. Puhdista tuotteet puhdistus- ja desinfiointiliuoksessa pehmeillä siesilä, tuote on upotettava kokonaan vähintään 20 sekunnissa. Kovia harjoja tai muita vältinetä, jotka voivat vahingoittaa silikonipintoja, ei saa käyttää.
3. Upota tuote puhdistus- ja desinfiointiliuokseen 15 min. Varmista, että kaikki ontelot kostuvat.
4. Puhdista tuotteet puhdistus- ja desinfiointiliuoksesta huuhtelemalla riittävällä määrällä ionipuhdistettua vettä (enintään 100 pmy/ml). Jäämät voivat lyhentää tuotteen käyttöikää tai johtaa materiaalivaurioihin.
5. Kuivaa tuote. Vältä veden kertymistä yksittäisiin kohtiin.
6. Tarkasta, näkyikö tuotessa likaa. Toista uudelleenkäsittely tarvittaessa.
7. Tarkasta tuotteet kohdan "Tarkastukset" ohjeiden mukaan ja valmiste se steriloinnia (katso luku "Pakkaus") varten.

TARKASTUKSET

Tuotteelle on suoritettava tarkastus vaurioiden (esim. halkeamien tai murtumien) varalta desinfiorinin jälkeen ja aina ennen käyttöä.
Viallinen tuote on hävitettävä.

PAKKAUS

• Tuote on pakattava puhdistus- ja desinfiointiprosessin päätteeksi höyrysterilointiin soveltuviin steriilisuojausjärjestelmiin. Steriilien estojärjestelmien on oltava standardin ISO 11607-1 standardin kanssa. Validointiin käytettiin yksittäispakattua steriilä estojärjestelmä.

STERILOINTI

Ohjeita steriilointiin:

• Suojaa tuote tai steriilointipakkaus mekaanisilta vaurioilta.
• Käytä steriilointilaitetta, joka täyttää DIN EN 285- tai DIN EN 13060 -standardin vaatimukset.

Valmistajan vahvistama sterilointi

• Tuote on höyrysterilisoitava tyhjöimenetelmällä.
• Altistusaika on 5 min steriilointilämpötilassa 134 °C.
• Kuivausaika on 10 minuutti.
Validointiin käytettiin Systec HX-320 -autoklaavia.

UUDELLEENKÄYTTÖTARVYS

Uudelleenkäytettävien tuotteiden käyttöön päättymisen määräytyy pääasiassa käytöstä aiheutuvien kulumisen ja vaurioitumisen perusteella. Tuotteen 5 vuoden enimmäiskyvtöiän puitteissa uudelleenkäsiteltävät tuotteet voidaan käsitellä uudelleen enintään 100 kertaa, kun huolehditaan asianmukaisesta käytöstä sekä puhdistus-, desinfiointi- ja steriilointiohjeiden noudattamisesta.
Mitään ylittävät käytökerat ovat käyttäjän omalla vastuulla (katso luku "Tarkastukset").

⚠ **VAROITUS**
Tuotteiden käytöstä potilailla, jotka epäillään prioinsairaaksi, saattaa seuraata suuri tartuntariski. Sinä tapauksessa on lääkäri harkinnasa joko hävittää tuote (katso luku "Hävittäminen") tai uudelleenkäsitellä se maakohtaisten määräysten mukaisesti.

HUOLTO

Ennen kuin lääkinnälliset laitteet lähetetään valmistajalle reklamaation tai korjaustapeen vuoksi, niille on suoritettava koko uudelleenkäsittely, jotta niistä ei voi aiheutua vaaraa valmistajan henkilökunnalle. Turvallisuussyistä valmistaja pidättä oikeuden kieltäytyä saastuneista/epäpuhtaista tuotteista. Saastuneet/epäpuhtaat tuotteet.

KÄYTTÖIKÄ

Tuotteen käyttöikä on 5 vuotta valmistuspäivämäärästä alkaen. Käyttöän kuluessa sen voi uudelleenkäsoitä 100 kertaa.
Viimeinen käyttöpäivämäärä: katso tuotteen etiketti

SÄILYTYS- JA KULJETUSOLOSUUTEET

⚠ **HUOMIO**
• Säilytä lämmöltä suojattuna kuivassa paikassa.
• Suojaa auringonvalolta ja valonläheiltä.

Français

USAGE PRÉVU

Pour assurer l'étanchéité de la bouche et du nez pendant la ventilation/l'oxygénation d'un patient.
Avantage clinique : ventilation/oxygénation adéquate d'un patient par obturation des voies respiratoires supérieures.
Groupe cible de patients : enfants et adultes
Lieu d'utilisation : clinique et préclinique

INDICATIONS

• Ventilation/oxygénation manuelle ou mécanique temporaire.
Aucune indication supplémentaire connue.

CONTRE-INDICATIONS

• Chez les patients non à jeun à risque accru d'aspiration, la ventilation avec masque ne doit être utilisée qu'en situation d'urgence.
Aucune contre-indication supplémentaire connue.

CONSIGNES DE SECURITÉ

1. Lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le dispositif et le respecter. À garder pour pouvoir le relire plus tard.
• Le dispositif doit être utilisé uniquement par du personnel médical qualifié.
• Le pas utiliser le produit en dehors du groupe cible de patients.
• L'utilisateur et/ou le patient doivent signaler tout incident grave en lien avec le dispositif au fabricant et aux autorités compétentes du pays membre de l'UE (ou aux autorités compétentes du lieu de résidence du patient) en dehors de l'Union européenne.
• Avant chaque utilisation ou après chaque retraitement, procédez à un contrôle du produit (voir le chapitre « Contrôle »). Un dispositif défectueux ne doit pas être utilisé.
• Durée d'utilisation maximale : ≤ 2 heures
• Si une ventilation/oxygénation avec ce dispositif n'est pas possible, utilisez une autre méthode de ventilation adéquate.
• Ne pas apporter de modifications au dispositif.
• Le dispositif est approprié pour l'acheminement d'oxygène, d'air, des gaz d'anesthésie et de leurs mélanges.
• Le produit réutilisable est fourni non stérilisé et doit être débalé, nettoyé, désinfecté et stérilisé avant chaque utilisation (voir chapitre « Retraitement »).
• Ce produit est compatible avec l'IRM.

MR
• Le produit ne doit pas être utilisé si la date de péremption est dépassée.

PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

• Choisir une taille de masque appropriée.
Option : fixer l'anneau crochet si le harnais est utilisé.

UTILISATION

⚠ **AVERTISSEMENT**
• Dans le cas d'un patient obèse ou présentant une pilosité faciale, de prothèses dentaires non en place ou de structures anatomiques anormales, comme des blessures ou des déformations critiques du visage, il appartient à l'utilisateur de déterminer dans quelle mesure la ventilation au masque est possible.
• L'utilisateur doit assurer une ventilation/oxygénation efficace pendant l'utilisation.

• Raccorder le Bi-Masque à un insufflateur ou à un circuit respiratoire.
Veiller à la position correcte de la tête.
• Placer le Bi-Masque fermement sur la bouche et le nez du patient de manière à ce qu'il ferme hermétiquement les voies respiratoires supérieures.
Un positionnement incorrect du Bi-Masque peut compromettre la ventilation/l'oxygénation.
• Maintenir le Bi-Masque en place pendant la ventilation/l'oxygénation.
• Option : fixer le Bi-Masque avec un harnais et un anneau crochet (fig. 1).

APRÈS L'UTILISATION

• Retirer et déconnecter le Bi-Masque et les accessoires utilisés.

RETRAITEMENT

(NETTOYAGE, DÉSINFECTION, STÉRILISATION)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'un retraitement inapproprié.
• Il incombe à l'utilisateur de valider ses procédures ou les appareils et accessoires et de respecter les paramètres validés pendant chaque cycle de retraitement.
• Il est recommandé d'utiliser une procédure automatique, car elle garantit un nettoyage et une désinfection significativement plus efficaces.
• L'efficacité a été prouvée par un laboratoire indépendant et homologué.
• Pour un retraitement efficace, les salètés importantes ne doivent pas sécher sur le produit et doivent être éliminées immédiatement après son utilisation.
• Le produit ne peut pas être stérilisé en mode fractionné à vide.
• Ne pas mettre les produits en silicone en contact avec de l'huile et de la graisse.

NETTOYAGE / DÉSINFECTION

Nettoyage/désinfection manuels

Remarques relatives à l'utilisation des agents de nettoyage et des désinfectants

• Préparer la solution de nettoyage et de désinfection avant chaque cycle manuel.
• Utiliser de l'eau désionisée.

Procédure validée par le fabricant :

1. Préparer une solution de nettoyage et de désinfection à 2 % (30 ml/l), à base de Sekusept® Aktiv et d'eau désionisée à une température de 20 °C. Agiter plusieurs fois pendant les 15 minutes suivantes. Au bout de 15 minutes, la solution de nettoyage et de désinfection est prête à l'emploi.
2. Nettoyer le produit à l'aide d'éponges douces dans la solution de nettoyage et de désinfection, le produit doit être entièrement immergé pendant au moins 20 s. Les brosses dures et autres matériels qui endommagent la surface en silicone ne doivent pas être utilisés.
3. Placer le produit dans la solution de nettoyage et de désinfection, pendant une durée d'exposition de 15 minutes. S'assurer que tous les espaces creux sont immergés.
4. Rincer suffisamment à l'eau déionisée (max. 100 ufc/ml) pour éliminer la solution de nettoyage et de désinfection. Les résidus peuvent diminuer la durée de vie des produits ou endommager les matériaux.
5. Sécher le produit. Éviter toute accumulation d'eau.
6. Contrôler que le produit ne présente aucune souillure visible. Si nécessaire, répéter le retraitement.
7. Vérifier les produits conformément au chapitre « Contrôle » et les préparer pour la stérilisation (voir le chapitre « Emballage »).

CONTRÔLE

Avant chaque utilisation, vérifier après la désinfection si le produit est endommagé (fissures, ruptures, etc.).
Un produit défectueux doit être mis au rebut.

EMBALLAGE

• Une fois nettoyé et désinfecté, le produit doit être emballé dans des systèmes de barrière stérile adaptés à la stérilisation à la vapeur. Les systèmes de barrière stérile doivent être conformes à la norme ISO 11607-1. Un système de barrière stérile avec emballage unique a été utilisé pour la validation.

STÉRILISATION

Remarques relatives à la stérilisation :

• Protéger le produit et l'emballage de stérilisation d'éventuels dommages mécaniques.
• Utiliser un stérilisateur qui répond aux exigences de la norme DIN EN 285 ou DIN EN 13060.

Stérilisation validée par le fabricant

• Le produit doit être stérilisé à la vapeur suivant un procédé à vide fractionné.
• La durée d'exposition est de 5 minutes à une température de stérilisation de 134 °C.
• Le temps de séchage est de 10 minutes.
• Un autoclave Systec HX-320 a été utilisé pour la validation.

RÉUTILISATION

La fin de la durée de vie des produits réutilisables est déterminée par l'usure et les dommages dus à leur utilisation. Considérant la durée de vie maximale de 5 ans, les produits réutilisables peuvent être retraités jusqu'à 100 fois s'ils sont utilisés de manière appropriée en respectant les instructions de nettoyage, de désinfection et de stérilisation. Chaque réutilisation au-delà de leur durée de vie relève de la responsabilité de l'utilisateur (voir le chapitre « Contrôle »).

⚠ **AVERTISSEMENT**
L'utilisation des produits sur des patients chez lesquels on soupçonne une maladie à prions entraîne éventuellement un risque élevé de transmission. Dans ce cas, le médecin détermine si le produit doit être mis au rebut (voir le chapitre « Élimination ») ou retraité conformément aux directives nationales.

ENTRETIEN

Avant d'être retournés pour réclamation/réparation, les produits médicaux doivent être soumis au procédé de retraitement complet afin d'éliminer tout risque pour le personnel du fabricant. Pour des raisons de sécurité, le fabricant se réserve le droit de refuser des dispositifs souillés ou contaminés.

DURÉE DE VIE

La durée de vie du produit est de 5 ans à compter de la fabrication et il peut être retraité à 100 reprises au cours de cet intervalle.
Utilisable jusqu'au : voir étiquette du produit

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

⚠ **MISE EN GARDE**
• Protéger de la chaleur et stocker dans un endroit sec.
• Protéger de la lumière du soleil et de toute source de lumière.

ÉLIMINATION

Un produit usagé ou défectueux doit être éliminé conformément aux dispositions légales nationales et internationales en vigueur.

SPÉCIFICATIONS DU DISPOSITIF

REF	35-65-222	35-65-223	35-65-224	35-65-225	35-65-226
#	2	3	4	5	6
Groupe cible de patients	Enfant, petit	Enfant, grand	Adulte, petit	Adulte, moyen	Adulte, grand
Coloris	Vert	Jaune	Rouge	Violet	Bleu
Raccord	D.I. 22 mm				
Poids (emballage compris)	0,10 kg	0,12 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,16 kg
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

REF	Matériau
35-65-222, 35-65-223, 35-65-224, 35-65-225, 35-65-226	Cadre en plastique intérieur : PSU Matériel de couverture : silicone
35-70-155, 35-70-255	Silicone
88-60-266	PSU

ACCESSOIRES

REF	Designation	Poids (emballage compris)	Unité de conditionnement
35-70-155	Harnais enfant, réutilisable	0,64 kg	10
35-70-255	Harnais adulte, réutilisable	0,85 kg	10
88-60-266	Anneau crochet, réutilisable	0,10 kg	10

Hrvatski

NAMJENA

Za brtvljenje usta i nosa tijekom ventilacije/oksigenacije pacijenta.
Klinička korist: odgovarajuća ventilacija/oksigen

VBM Medizintechnik

Bi-Mask

CE 0123

MRI

004-01-354 Rev. 01/2022-04

SAGATAVOŠANA PIRMS LIETOŠANAS

- Izvērtējiet pieejamību mazāku lielumu.

Papildiespēja: nostiprināt turētāju, ja tiek izmantota fiksācijas sistēma.

LIETOJUMS

BRĪDINĀJUMS

- Lietotāja ziņā ir tas, cik lielā mērā elpināšana ar masku ir iespējama pacientiem ar aptaukošanos, sejas apmatojumu, ja nav ievietotas zobu protezēšanas vai patoloģiskas anatomiskas struktūras, piemēram, savainojumi vai kritiskas seju deformācijas.
- Lietošanas laikā jārēķinās ārējās vides ietekmi uz ierīces darbspēju.

- Savienojiet Bi-Mask ar elpināšanas mašīnu vai elpināšanas sistēmu.

Pievērsiet uzmanību parādīsies gaisošanas.

- Uzliecet Bi-Mask cieši pacienta mutei un degunam, lai tā hermētiski nosegtu augšējos elpceļus.

Ja Bi-Mask nav ušlīdis pareizi, elpināšanas/oksigenācija var tikt ierobežota.

- Elpināšanas/oksigenācijas laikā turiet Bi-Mask vietā.
- Papildiespēja: nostiprināt Bi-Mask ar fiksācijas sistēmu un turētāju (1. att.).

PĒC LIETOŠANAS

- Noņemiet un atvienojiet Bi-Mask un izmantotos piederumus.

SAGATAVOŠANA

(TĪRĪŠANA, DEZINFEKCIJA, STERILIZĀCIJA)

VISPĀRĪGAS NORĀDES

- Rūpīgai neatbilstai par bojājumiem, kas radušies nepareizas sagatavošanas rezultātā, ražotāja pieņēmums ir atbilstoši izlādē sniegtajiem ieteikumiem un pieņemsim, ka arī ievērot validētos parametrus katrā sagatavošanas procesā.
- Ievērojami augstākas temperatūras un dezinfekcijas efektivitātes dēļ ieteicams izmantot termiskās metodes.
- Efektivitāte tika apliecināta neatkarīgā un akreditēta pārbaudes laboratorijā.
- Lai pamatotu efektivitāti sagatavošanas, pie izstrādājuma nedrīkst piekaitināt lielā netīrumu tie jānotīra uzreiz pēc lietošanas.
- Izstrādājumu dārkst sagatavot tikai apmācīts personāls.
- Sālsūdens izraisīsies korozijas sakarības ar eljām un tauku veidiem.

TĪRĪŠANA/DEZINFEKCIJA

Mehanizēta tīrīšana/dezinfekcija

Norādes par tīrīšanas un dezinfekcijas ierīces izmantošanu

- Izmantojiet dejonizēto ūdeni.
- Izmantojiet tīrīšanas un dezinfekcijas ierīci, kas atbilst ISO 15883. Validēsim izmantots Miele G7882 ar Cabinet E435/3.

Norādes par tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu

- Lietojot sārmainus tīrīšanas līdzekļus, jāvek neitralizācija.

UZMANĪBU!

Neizmantojiet skābārtu sārmainus tīrīšanas līdzekļus, jo tie veido putas.

- Neletotiet sausināšanas līdzekļus.

Ražotāja apstiprinātā rīcības gaita:

1. Novērojiet izstrādājuma ārējo stāvokli.
2. Paladiet programmu ar šādiem parametriem:
   a. Sākotnēji skalošana ar dejonizētu ūdeni 20 °C, ilgums 1 min.
   b. Tīrīšana 55 °C, ilgums 5 min, ar dejonizētu ūdeni un tīrīšanas līdzekli Sekumatic® ProClean (deva: 0,5 % (5 ml/l).
   c. Neitralizācija ar Sekumatic® FNZ 20 °C, ilgums 2 min (deva: 0,1 % (1 ml/l).
   d. Skalošana ar dejonizētu ūdeni (maks. 100 KVE/ml) 20 °C, ilgums 2 min.
   e. Termiskā dezinfekcija 93 °C; 5 min ar dejonizētu ūdeni.
   f. Notāvēšana 100 °C temperatūrā.
3. Pārbaudiet, vai nav redzamu netīrumu. Ja nepieciešams, atkārtojiet sagatavošanu.
4. Pārbaudiet izstrādājumu saskaņā ar norādēm par "Pārbaude" un sagatavojiet sterilizācijai (skatīt nodaļu "Iepakošana").

Manuāli tīrīšana/dezinfekcija

Norādes par tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu

- Pirms katra manuālā ūkīla pagatavojiet tīrīšanas un dezinfekcijas šķidumu. Izmantojiet dejonizētu ūdeni.

Ražotāja apstiprinātā rīcības gaita:

1. Tālu ieksūgot Aktīv un dejonizēta ūdens 20 °C pagatavojiet 2 % (30 ml/l tīrīšanas un dezinfekcijas šķidrums. Nākamās 15 minutes vairākas reizes samaisiet. Tīrīšanas un dezinfekcijas šķidums ir gatavs lietošanai pēc 15 minūtēm.
2. Notīriet izstrādājumu ar mīkstuma sūkleni, kas samērcināts tīrīšanas un dezinfekcijas šķidumā, un atsūjiet izstrādājuma pilnīgā iegremdēšanas vietā 20 s. Nedrīkst lietot cietas sukas un citus materiālus, kas var sabojāt silikona virsmu.
3. Ieliekiet izstrādājumu ārēji mīkstumā un dezinfekcijas šķidumā uz 15 min ilgu iedarbības laiku. Pārliecinieties, vai visi dobumi ir samitināti.
4. Pietekami skalojiet ar dejonizētu ūdeni (maks. 100 KVV/ml), noskalojiet nost tīrīšanas un dezinfekcijas šķidumu. Palīkdāa atlieka var saēsināt izstrādājuma kalpošanas laiku vai bojāt materiālus.
5. Nožāvējiet izstrādājumu. Nepieļaujiet ūdens uzkrāšanas vietas.
6. Pārbaudiet, vai nav redzamu netīrumu. Ja nepieciešams, atkārtojiet sagatavošanu.
7. Pārbaudiet izstrādājumu saskaņā ar norādēm "Pārbaude" un sagatavojiet sterilizācijai (skatīt nodaļu "Iepakošana").

PĀRBAUDE

Pēc dezinfekcijas un pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai izstrādājums nav bojāts (plaisas, lūzumi u.c.).

Bojāti izstrādājumi ir jāmetņo.

IEPAKOŠANA

- Izstrādājums pēc tīrīšanas un dezinfekcijas procesa jāiepako sterilā barjersistēmā, kas piemērota sterilizācijai ar karstu. Sterilajam barjerasistēmām ir jāatbilst ISO 11607-1 prasībām. Validēšanai izmantota sterilā barjerasistēma ar vienkāršu iepakojumu.

STERILIZĀCIJA

Norādes par sterilizāciju:

- Sargājiet izstrādājumu vai sterilizācijas iepakojumu no mehāniskiem bojājumiem.
- Izmantojiet sterilizācijai, kas atbilst DIN EN 285 vai DIN EN 13060 prasībām.

Ražotāja apstiprinātā rīcības gaita

- Sterilizējiet izstrādājumu ar tvaiku, izmantojot frakcionētā vakuuma paņēmienu, ieturēšības laiks 5 min, sterilizācijas temperatūra ir 134 °C.
- Žāvēšanas laiks ir 10 min.
- Validēsim izmantots Systec HX-320 autoklāvs.

ATKĀRTOTAS IZMANTOŠANAS IESPĒJAS

Atkārtoti izmantojamo izstrādājumu kalpošanas laika beigas nosaka lietošanas reizītāti radies nolietojumu un bojājumi. Nemot vērā izstrādājuma maksimālo darbmūžu, kas ir 5 gadi, atkārtoti izmantojamos izstrādājumus var izmantot līdz 100 reizēm, ja tos ieņem pareizi un ievēro tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas instrukcijas.

Par jebkādu pēkšņu atkārtoto izmantošanu atbildi lietotājs (skatīt nodaļu "Pārbaude").

BRĪDINĀJUMS

Izmantojot izstrādājumu pacientam, kuriem, iespējams, ir prionu saslimšana, var rasties augsts infiekšanās risks. Šādā gadījumā ārstam ir jāziņē, vai izstrādājumu izniciināt (skatīt nodaļu "Tīrīšanā/Sanā") vai saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem atkārtoti sagatavot.

APKOPE

Ja medicīnas ierīces tiek nosūtītas atpakaļ ar reklamāciju vai remontam, tām vispirms jāveic visu atkārtotās sagatavošanas process, lai izslēgtu ražotāju darbinieku apdraudējumu. Drošības apsvērumu dēļ ražotāju patur tiesības nepiejemot netīrus un piesārņotus izstrādājumus.

Latviski

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Mutes un deguna hermētiskai aizsegšanai pacienta elpināšanas/oksigenācijas laikā. Klīniskās situācijas: atbilstoša pacienta elpināšana/oksigenācija, hermetizējot augšējos elpceļus.

Pacienu mērķa grupa: bērns un pieaugušais

Izmantošanas vieta: slimnīca un pacienta uzturēšanas nodaļa

INDIKĀCIJAS

- Ādacija manuāla vai mehāniska elpināšana/oksigenācija.

Izmantojiet izstrādājumu tikai noraādītajai pacienta mērķa grupai.

- Par visiem nopietnajiem ar izstrādājumu saistītajiem negadījumiem lietotājam ziņot ražotājam un jāinformē radītāja, kā arī ES dalībvalstu atbildīgā iestāde (vai valsts atbildīgā iestāde, ja nedaļājums notiks ārpus ES teritorijas), kurā uzturas lietotājs un/vai pacients.
- Pirms katras lietošanas ārēji un katras sagatavošanas jāveic izstrādājuma pārbaude (skatīt nodaļu "Pārbaude"). Bojāts izstrādājums nedrīkst lietot.
- Maksimālās lietošanas ilgums: ≤ 2 stundas
- Ja elpināšanas/oksigenācija ilgst vairāk nekā 2 stundas, ir jāsāk elpināšana kādā citā atbilstošā veidā.
- Izstrādājums nedrīkst pārsniedzot.
- Izstrādājums ir paredzēts skābekļa gaisu un anestēzijas gāzu, kā arī to maisījumu cauruļeņā.
- Atkārtoti lietojamas izstrādājums tiek piegādāts nesterilā stāvoklī, un tas pirms katras lietošanas reizes ir jāmotņa, jādezinficē un jāsterilizē (skatīt nodaļu "Sagatavošana").
- Izstrādājums ir jāpemērots magnētiskajai rezonansei.

- Pēc darījuma termiņa beigām izstrādājumu nedrīkst lietot.

Nederlands

BEOOGD GEBRUIK

Voor het afsluiten van de mond en neus tijdens de beademing/oxygenatie van een patiënt.

Klinisch voorbeeld: toereikende beademing/oxygenatie van een patiënt door afsluiting van de bovenste luchtwegen.

INDICATIES

- Handmatige of mechanische beademing/oxygenatie.

Gebruik Bi-Mask uitsluitend voor de beoogde patiëntengroep.

- Alle ernstige incidenten met het product moeten worden gerapporteerd aan de EU-lidstaat (resp. de bevoegde instantie van het betreffende land bij een vooraal buiten de EU) waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.
- Voor elk gebruik en elke herverwerking dient het product te worden gecontroleerd (zie hoofdstuk "Controle"). Een gebreklig product mag niet worden gebruikt.
- Bit product is geschikt voor MRI.
- Wanneer de verwaltaiem is verstreken, mag het product niet worden gebruikt.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

- Kies de geschikte maskergrootte.

Optie: bevestig de bevestigingsring indien de fixatieband wordt gebruikt.

GEBRUIK

WAARSCHUWING

- Bij patiënten met zwaarlijvigheid, gezichtsbeharing, een niet-ingebrachte kunstgebit of abnormale anatomische structuren, zoals verwondingen of kritische misvormingen van het gezicht, moet de gebruiker beoordelen in hoevere een maskerbeademing mogelijk is.
- De gebruiker dient tijdens het gebruik voor een efficiënte beademing/oxygenatie te zorgen.

- Verbind de Bi-Mask met een beademingsballon of -system.

Let op de juiste positie van het hoofd.

- Plaats de Bi-Mask stevig over de mond en neus van de patiënt, zodat deze een luchtdichte afsluiting van de bovenste luchtwegen vormt.

Wanneer de Bi-Mask niet correct is aangebracht, kan de beademing/oxygenatie worden belemmerd.

- Houd de Bi-Mask tijdens de beademing/oxygenatie op zijn plaats.
- Optie: Freier de Bi-Mask met een fixatieband en bevestigingsring (afbeelding 1).

NA GEBRUIK

- Verwijder en ontkoppel de Bi-Mask en gebruikte accessoires.

HERVERWERKING

REINIGING, DESINFECTIE, STERILISATIE)

ALGEMENE OPMERKINGEN

- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door ondeskundige herverwerking.
- Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de eigen procedure, resp. de apparaten en accessoires dienovereenkomstig te valideren, en de gevalideerde parameters bij elke herverwerking op te volgen.
- Het gebruik van een mechanische procedure wordt aanbevolen vanwege de duidelijk hogere effectiviteit van de reiniging en desinfectie.
- De effectiviteit werd door een onafhankelijk en geaccrediteerd testlaboratorium aangetoond.
- Voor een effectieve herverwerking mag grof vuil niet op het product opdroogen en dient dit onmiddellijk na gebruik te worden verwijderd.
- Het product mag uitsluitend door hiervoor opgeleid personeel worden herverwerkt.
- Silicoonproducten mogen niet in contact komen met olien en vetten.

REINIGING / DESINFECTIE

Machinale reiniging / desinfectie

Instructies voor het gebruik van het reinigings- en desinfectieapparaat

- Gebruik gedeïoniseerd water.
- Gebruik een reinigings-/desinfectieapparaat dat voldoet aan ISO 15883.

Voor de validatie werd een Miele G7882 met E435/3-cabinet gebruikt.

Opmerkingen over het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen

Bij gebruik van alkalische reinigingsmiddelen dient een neutralisatie te worden uitgevoerd.

LET OP

Gebruik geen sterk alkalische reinigingsmiddelen, omdat hierbij schuimvorming kan optreden.

- Gebruik geen droogmiddelen.

Door de fabrikant gevalideerde werkwijze:

1. Plaats het product op het mondstuk van de injector in de injectorwagen.
2. Start het programma met de volgende parameters:
   a. Voorspoelen met gedeïoniseerd water bij 20 °C, inwerktijd 1 min.
   b. Reinigingi bij 55 °C, inwerktijd 5 min met gedeïoniseerd water en het reinigingsmiddel Sekumatic® ProClean (dosering: 0,5 % (5 ml/l).
   c. Neutralisatie met Sekumatic® FNZ bij 20 °C, inwerktijd 2 min (dosering: 0,1 % (1 ml/l).
   d. Spoelen met gedeïoniseerd water (max. 100 kve/ml) bij 20 °C, inwerktijd 2 min.
   e. Thermische desinfectie bij 93 °C, gedurende 5 min, met gedeïoniseerd water.
   f. Drogen bij 100 °C.
3. Op zichtbaar vuil controleren. Herhaal indien noodzakelijk de herverwerking.
4. Controleer het product zoals beschreven in het hoofdstuk "Controle" en bereid het voor op sterilisatie (zie hoofdstuk "Verpakking").

Handmatige reiniging / desinfectie

Opmerkingen over het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen

- Maak de reinigings- en desinfectieoplossing voor elke handmatige cyclus aan.
- Gebruik gedeïoniseerd water.

DARBMŪŽA ILGUMS

Šī izstrādājuma darbmūžs ir 5 gadi no izgatavošanas brīža, un to darbmūža laiki var sagatavot 100 reizes.

Derīguma termiņš: skatīt izstrādājuma etiķeti

IZGULAĢĀŠANĀ UN TRANSPORTĒŠANAS NOSACĪJUMI

UZMANĪBU!

- Sargāt no karstuma un glabāt sausā vietā.
- Sargāt no saules gaismas un gāsmas avotiem.

IZNĪCINĀŠANA

Noletotais vai bojātais izstrādājums jāiznīcina saskaņā ar piemērojamiem valsts un starptautisko tiesību aktu noteikumiem.

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

REF	35-65-222	35-65-223	35-65-224	35-65-225	35-65-226
#	2	3	4	5	6
Pacienta mērķa grupa	Bērns, mazs	Bērns, lielā	Pieaugušais, vidējais, pārāk liels	Pieaugušais, vidējais, liels	Pieaugušais, liels
Krāsa	Zaļš	Dzeltens	Sarkans	Lilā	Zils
Pieslēgums	22 mm ieksl. diam.				
Svars (ar iepakojumu)	0,10 kg	0,12 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,16 kg
Iepakojuma vienība	1	1	1	1	1

MATERIĀLU DATI

REF	Materiāls
35-65-222, 35-65-223, 35-65-224, 35-65-225, 35-65-226	Vēžšķipa plastmasas cilnē: PSU Pārklājuma materiāls: silikons
35-70-155, 35-70-255	Silikons
88-60-266	PSU

PIEHUMI

REF	Nosaukums	Svars (ar iepakojumu)	Iepakojuma vienība
35-70-155	Fiksācijas siksna bērniem, atkārtoti izmantojama	0,64 kg	10
35-70-255	Fiksācijas siksna pieaugušajam, atkārtoti izmantojama	0,85 kg	10
88-60-266	Turētājs, atkārtoti izmantojams	0,10 kg	10

Norsk

BRUKSFORMÅL

Til å tette munn og nese under ventilasjon/oksygenering av en pasient.

Klinisk nytteverdi: Adekvat ventilasjon/oksygenering av en pasient ved å tette de øvre luftveiene.

Målpasientgruppe: Barn og voksne

Bruksstell: Sykehus og legevakt

INDIKASJONER

- Midlertidig manuell eller mekanisk ventilasjon/oksygenering.

Flere indikasjoner er ikke kjent.

KONTRAINDIKASJONER

- Til ikke-lettede pasienter med akt aspirasjonsrisiko skal maskeventilasjon kun brukes i nødsituasjoner.

Ingen andre kontraindikasjoner er kjent.

SIKKERHETSINSTRUKSER

- Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet, følg den og ta vare på den til tilfelle du må slå opp i den senere.
- Produktet skal kun brukes av medisinsk utdannet personell.
- Produktet skal ikke brukes uten pasientmaskinen.
- Dersom det oppstår alvorlige hendelser i sammenheng med produktet, må brukeren oplegler pasienten melde fra til produsenten og ansvarlig myndighet i det aktuelle EU-landet der bruker og/eller pasient oppholder seg (eller til ansvarlig myndighet i det aktuelle landet utenfor EU hvis det oppstår en hendelse utenfor EU).
- Før hver bruk og etter hver reprosessering skal produktet gjennomgå en kontroll (se kapittel "Kontroll"). Det er ikke tillatt å bruke et defekt produkt.
- Maksimalt anvendelsestid: ≤ 2 timer
- Dersom ventilasjon/oksygenering med dette produktet ikke er mulig, må det startes med en annen ventilasjonsmetode.
- Det må ikke foretas endringer på produktet.
- Produktet egner seg til farring av oksygen, luft, anestesigass og gassblandinger av disse.
- Det gjenbrukbare produktet leveres usterilt, og må rengjøres, desinfiseres og sterilisere før hver bruk (se kapittelet "Reprosessering").
- Produktet egner seg til MR.
- Dersom utløpsdatoen er overskredet, skal produktet ikke brukes.

KLARGJØRING FOR BRUK

- Velg ut passende maskestørrelse.

Alternativ: Fest holdingen dersom det brukes fikseringsbånd.

BRUK

ADVARSEL

- Hos pasienter med adipositas, ansiktshår, ved ikke innsatt tannprotese eller anormale anatomiske strukturer som skader eller kritiske deformasjoner av ansiktet, må brukeren vurdere hvorvidt maskeventilasjon er mulig.
- Brukeren må sørge for effektiv ventilasjon/oksygenering under bruk.

- Koble bi-maskel til en ventilasjonsslange eller et ventilasjonssystem.

Plass at hodet er i korrekt posisjon.

- Legg bi-masken fast over pasientens munn og nese, slik at øvre luftveiene lukkes lufttett.

Hvis bi-masken ikke sitter riktig, kan det påvirke ventilasjon/oksygeneringen.

- Hold bi-maskel i posisjon under ventilasjon/oksygenering.
- Alternativ: Fiser bi-masken med fikseringsbånd og holdering (bilde 1).

ETTER BRUK

- Ta av og kokle fra bi-masken og benyttet tilbehør.

REPROSESSERING

(RENGJØRING, DESINFEKSJON, STERILISERING)

GENERELLE ANVISNINGER

- Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil reprosessering.
- Det påhviler brukeren å validere metodene eller utstyret og tilbehøret tilsvarende samt overholde de validerte parametrene ved hver reprosessering.
- Det anbefales å bruke en maskinell prosess på grunn av tydelig høyere virkning for renigningen og desinfeksjonen.
- Effektiviteten er blitt påvist av et uavhengig og akkreditert testlaboratorium.
- For å oppnå en effektiv reprosessering må grov tilmusning på produktet ikke tørke inn, og skal fjernes umiddelbart etter bruk.
- Produktet skal kun reprosesseres av opplært personell.
- Silikonprodukter skal ikke komme i berøring med oljer og fett.

RENGJØRING/DESINFEKSJON

Maskinell rengjøring/desinfeksjon

Merknader om bruk av rengjørings- og desinfeksjonsutstyr

- Bruk avsalt vann.
- Bruk et rengjørings- og desinfeksjonsmiddel som samsvarer med ISO 15883.

En Miele G7882 med Cabinet E435/3 ble brukt til valideringen.

Merknader om bruk av rengjørings- og desinfeksjonsmidler

- Ved bruk av alkalisk rengjøringsmiddel, det dette kan føre til skumdan- nelse.

FORSIKTIG

Bruk ikke sterkt alkalisk rengjøringsmiddel, da dette kan føre til skumdannelse.

- Bruk ikke tarkemidler.

Fremgangsmåte som er validert av produsenten:

1. Plasser produktet på injektorvognen i injektortvognen.
2. Programmet startes med følgende parametre:
   a. Forvask med avsivannet vann ved 20 °C, holdetid 1 min.
   b. Rengjøring ved 55 °C, holdetid 5 min med avsivannet vann og rengjøringsmidlet Sekumatic® ProClean (dosering: 0,5 % (5 ml/l).
   c. Nøytralisering med Sekumatic® FNZ ved 20 °C, holdetid 2 min (dosering: 0,1 % (1 ml/l).
   d. Vask med avsivannet vann (maks. 100 KBE/ml) ved 20 °C, holdetid 2 min.
   e. Termisk desinfeksjon ved 93 °C i 5 min med avsivannet vann.
   f. Tørking ved 100 °C.
3. Kontroller for synlig smuss. Gjenta reprosesseringen om nødvendig.
4. Produktet kontrolleres i overensstemmelse med kapittel "Kontroll", og forberedes til sterilisering (se kapittel "Forpakning").

Manuell rengjøring/desinfeksjon

Merknader om bruk av rengjørings- og desinfeksjonsmidler

- Rengjørings- og desinfeksjonsløsningen lages for hver manuell syklus.
- Bruk avsinket vann.

Fremgangsmåte som er validert av produsenten:

1. Klargjør en 2 % (30 ml/l rengjørings- og desinfeksjonsløsning av Sekusept® Aktiv og avsinket vann ved 20 °C. Rør gjentatte ganger i løpet av de neste 15 min. Etter 15 min er rengjørings- og desinfeksjonsløsningen klar til bruk.
2. Rengjør produktet i rengjørings- og desinfeksjonsløsningen med en myk svamp; produktet må være fullstendig nedsenket i vasken i minst 20 s. Hærde børster og andre materialer som laager silikonoverflaten, må ikke anvendes.
3. Legg produktet i rengjørings- og desinfeksjonsløsningen med en virketid på 15 min. Påse at alle hulrom dekkes.
4. Rengjørings- og desinfeksjonsløsningen fjernes ved å skylle tilstrekkelig med avsinket vann (maks. 100 KBE/ml). Gjenværende rester kan forårsake en liten grad av irritasjon.
5. Tørk produktet. Unngå vannansamlinger.
6. Kontroller for synlig smuss. Gjenta reprosesseringen om nødvendig.
7. Produktene kontrolleres i overensstemmelse med kapittel "Kontroll", og forberedes til sterilisering (se kapittel "Forpakning").

KONTROLL

Etter desinfeksjon og før hver bruk skal produktet kontrolleres for skader (sprekker, brudd osv.).

Et mangelfullt produkt må kasseres.

FORPAKNING

- Ettre rengjørings- og desinfeksjonsprosessen skal produktet pakkes inn i et system med en steril barriere som er egnet til dampsterilisering. Systemene med steril barriere må samsvare med ISO 11607-1. Et system med en steril barriere med enkeltforpakning ble brukt til valideringen.

STERILISERING

Merknader om sterilisering:

- Produktet og sterilforpakningen skal beskyttes mot mekaniske skader.
- Bruk en sterilisator som oppfyller kravene i DIN EN 285 eller DIN EN 13060.

Sterilisering som er validert av produsenten:

- Steriliser produktet med dampsterilisering med fraksjonert vakuummetode.
- Eksponeringstid 5 min ved en sterilisasjonstemperatur på 134 °C.
- Tørketiden er 10 min.
- En Systec HX-320 autoklav ble brukt til valideringen.

GJENBRUKSVENE

Tilgjusjetet for vår produkt ikke lenger kan brukes, avhenger i utgangspunktet av slitasje og skader under bruk for gjenbruksprodukter. Med utgangspunkt i maksimal produktlevetid på 5 år kan reprosesserbare produkter reprosesseres inntil 100 ganger ved riktig bruk og overholdelse av rengjørings-, desinfeksjons- og steriliseringsvisningene. Gjenbruk utover dette påvirker brukeren (se kapittel "Kontroll").

ADVARSEL

Ved bruk av produkten på pasienter hvor det er mistanke om prionsykdom, er det sannsynlighet for en økt risiko for infeksjon. I slik tilfeller bør produktet enten kasseres produktet (se kapittel "Avfallshåndtering") eller å reprosesseres produktet iht. nasjonale forskrifter.

SERVICE

Ved du returnerer medlinske produkter i anledning reklamasjon/reparasjon, må hele reprosesseringsprosessen utføres for å utelukke risiko for de ansatte hos produsenten. Produsenten forbehelder seg retten til å nekte å ta imot tilmusseede og kontaminerte produkter av sikkerhetsgrunner.

LEVETID

Produkter har levetid på 5 år frå produksjonsdato og kan reprosesseres 100 ganger i løpet av levetiden.

Kan brukes til dato: Se etiketten på produktet

BETINGELSER FOR OPPBEVARING OG TRANSPORT

FORSIKTIG

- Skal beskyttes mot varme, og oppbevares på et tørt sted.
- Skal beskyttes mot sollys og lyskilder.

AVFALLSHÅNDTERING

Et brukt eller mangelfullt produkt må kasseres i samsvar med gjeldende nasjonale og internasjonale forskrifter.

PRODUKTSPESIFIKASJONER

REF	35-65-222	35-65-223	35-65-224	35-65-225	35-65-226
#	2	3	4	5	6
Målpasientgruppe	Barn, lite	Barn, stort	Voksen, liten	Voksen, middels stor	Voksen, stor
Farge	Grønn	Gul	Rød	Lilla	Blå
Tilkobling	22 mm innvendig Ø				
Vekt (inkl. forpakning)	0,10 kg	0,12 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,16 kg
Forpakningsenhet	1	1	1	1	1

MATERIALDATA

REF	Materiale
35-65-222, 35-65-223, 35-65-224, 35-65-225, 35-65-226	Innvendig plastramme: PSU Dekkmaterialet: Silikon
35-70-155, 35-70-255	Silikon
88-60-266	PSU

TILBEHØR

REF	Betegnelse	Vekt (inkl. forpakning)	Forpakningsenhet
35-70-155	Fikseringsbånd barn, til gjenbruk	0,64 kg	10
35-70-255	Fikseringsbånd voksen, til gjenbruk	0,85 kg	10
88-60-266	Holdering, til gjenbruk	0,10 kg	10

Português

FINALIDADE PREVISTA

Ajuda a boca e o nariz do paciente durante a terapeutica ventilação/oxigenação.

Vantagens clínicas: ventilação/oxigenação adequada de um paciente mediante vedação das vias aéreas superiores.

Grupo de doentes-alvo: crianças e adultos

Local de utilização: clínica e pré-clínico

INDICAÇÕES

- Ventilação/oxigenação manual ou mecânica transitória.

Não são conhecidas outras indicações.

CONTRAINDICAÇÕES

- Em pacientes não entubados em risco de aspiração elevado, a ventilação por máscara só pode ser usada em situações de emergência.

Não são conhecidas outras contraindicações.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o produto, leia cuidadosamente as instruções de utilização, guarde-as e guarde-as para futuras consultas.
- O produto deve ser utilizado apenas por pessoal médico treinado.
- Não usar o produto fora do grupo de doentes-alvo.
- O utilizador eólio o paciente deve(m) comunicar qualquer incidente graves relacionados com o produto ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro da UE (ou à autoridade competente do respetivo país, se o caso ocorrer fora da UE) em que o utilizador eólio paciente estejam estabelecidos.
- Antes de cada utilização e depois do reprocessamento, deve-se fazer o produto a um controlo (ver capítulo "Controlo"). Um produto com defeitos não pode ser utilizado.
- Duração máxima de utilização: ≤ 2 horas
- Se a ventilação/oxigenação não for possível com este produto, é necessário iniciar outro método de ventilação adequado.
- Não podem ser realizadas alterações no produto.
- O produto destina-se ao fornecimento de oxigénio, ar, gases anestésicos e respetiva mistura gasosa.
- O produto reutilizável é fornecido não-estéril e deve ser limpo, desinfetado e esterilizado antes de cada utilização (ver capítulo "Reprocessamento").
- O produto é adequado para utilização em ressonância magnética.

MRI

- Em caso de prazo de validade vencido, o produto não pode ser utilizado.

PREPARAÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Escolher o tamanho indicado da máscara.

Opção: fixar o anel de retenção se a fita de fixação for usada.

APLICAÇÃO

AVISO

- No caso de pacientes obesos, com pilosidade facial, sem prótese dentária colocada ou com estruturas anatómicas anormais, como ferimentos ou deformações críticas da cara, fica ao critério do utilizador em que medida é possível a ventilação por máscara.
- O utilizador tem de zelar por uma ventilação/oxigenação eficiente durante a utilização.

- Ligar a Bi-Mask a um saco ou sistema de ventilação.

Verificar se a cabeça está na posição correta.

- Colocar a Bi-Mask bem apertada sobre a boca e o nariz do paciente de forma a conseguir a 2 % (30 ml/l) rotativo cirúrgico e das vias aéreas superiores.

Se a Bi-Mask não ficar bem assente, a ventilação/oxigenação poderá ser prejudicada.

- Manter a Bi-Mask na devida posição durante a ventilação/oxigenação.
- Opção: prender a Bi-Mask com a fita de fixação e o anel de retenção (figura 1).

DEPOIS DA APLICAÇÃO

- Retirar e desprender a Bi-Mask e os acessórios usados.

REPROCESSAMENTO

(LIMPEZA, DESINFEÇÃO, ESTERILIZAÇÃO)

INDICAÇÕES GERAIS

- O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de um processamento inadequado.
- Cabe ao utilizador validar adequadamente o seu procedimento e os aparelhos e acessórios e segui-os pasmente, de modo a manter os ciclos de processamento validados.
- Recomenda-se a utilização de um processo automático (em máquina) devido à sua eficiência de limpeza e desinfeção claramente superior.
- A eficácia foi comprovada por um laboratório de ensaios acreditado independente.
- Para garantir um processamento eficiente, a sujidade maior não pode secar no produto, devendo ser removida imediatamente após a utilização.
- O produto só pode ser reprocessado por pessoal devidamente qualificado.
- Produtos de silicone não podem entrar em contacto com óleos e massas lubrificantes.

LIMPEZA/DESINFEÇÃO

Limpeza/desinfeção automática (em máquina)

Instruções para utilização do aparelho de limpeza e desinfeção

- Utilizar água desionizada.
- Usar uma máquina de limpeza e desinfeção em conformidade com a norma ISO 15883.

Para a validação, foi usado aparelho Miele G7882 com unidade móvel E435/3.

Instruções para utilização de produtos de limpeza e desinfeção

- Ao utilizar produtos de limpeza alcalinos, deve ser realizada uma neutralização.

CUIDADO

Não usar produtos de limpeza altamente alcalinos, dado que isso promove a formação de espuma.

- Não utilizar desecantes.

Procedimento validado pelo fabricante:

1. Colocar o produto no transportador do injetor sobre o bico do injetor.
2. Iniciar o programa com os seguintes parâmetros:
   a. Enxaguar previamente com água desionizada a 20 °C com um tempo de atuação de 1 min.
   b. Limpeza a 55 °C com um tempo de atuação de 5 min usando água desionizada e o detergente Sekumatic® ProClean (dose: 0,5 % (5 ml/l).
   c. Neutralização com Sekumatic® FNZ a 20 °C, tempo de atuação 2 min (dose: 0,1 % (1 ml/l).
   d. Enxaguar com água desionizada (máx. 100 KBE/ml) a 20 °C com um tempo de atuação de 2 min.
   e. Desinfeção térmica a 93 °C durante 5 min com água desionizada.
   f. Secagem a 100 °C.
3. Examinar os produtos relativamente a sujidade visível. Se necessário, repetir o processamento.
4. Verificar o produto de acordo com o capítulo "Controlo" e prepará-lo para a esterilização (ver capítulo "Embalamento").

Limpeza/desinfeção manual

Instruções para utilização de produtos de limpeza e desinfeção

- Preparar a solução de limpeza e desinfeção de antes de cada ciclo manual.
- Utilizar água desionizada.

Procedimento validado pelo fabricante:

1. Preparar uma solução de limpeza e desinfeção a 2 % (30 ml/l de Sekusept® Aktiv, com água desionizada a 20 °C. Agitar várias vezes nos 15 minutos seguintes. Após 15 min, a solução de limpeza e desinfeção está pronta para utilização.
2. Limpar os produtos com esponjas macias dentro da solução de limpeza e desinfeção. O produto tem de ficar totalmente imerso durante, pelo menos, 20 s. Não devem ser utilizadas escovas duras ou outros materiais capazes de danificar a superfície de silicone dos produtos.
3. Colocar o produto na solução de limpeza e desinfeção e deixar atuar durante 15 min.
4. Garantir o humedecimento de todas as cavidades.
5. Remover a solução de limpeza e desinfeção através de enxaguamento adequado com água desionizada (máx. 100 KBE/ml). Eventuais resíduos remanescentes podem encurtar a vida útil do produto ou causar danos materiais.
6. Secar o produto. Evitar acumulação de água.
7. Examinar os produtos relativamente a sujidade visível. Se necessário, repetir o processamento.
8. Verificar os produtos de acordo com o capítulo "Controlo" e prepará-los para a esterilização (ver capítulo "Embalamento").

CONTROLO

Depois da desinfeção e antes de cada utilização, o produto deve ser verificado quanto a danos (fissuras, roturas, etc.).

Um produto com defeitos tem de ser eliminado.

EMBALAMENTO

- Depois da limpeza e da desinfeção, o produto deve ser colocado em sistemas de barreira estéril adequados à esterilização por vapor. Os sistemas de barreira estéril têm de estar em conformidade com a ISO 11607-1. Para a validação, foi usado um sistema de barreira estéril com uma embalagem simples.

ESTERILIZAÇÃO

Instruções de esterilização:

- Proteger o produtos ou a embalagem de esterilização contra danos mecânicos.
- Usar um esterilizador em conformidade com a norma DIN EN 285 ou DIN EN 13060.

Esterilização validada pelo fabricante

- O produto deve ser esterilizado por vapor com procedimento de vácuo fracionado.
- Tempo de atuação de 5 min a uma temperatura de esterilização de 134 °C.
- O tempo de secagem é de 10 minutos.
- Para a validação, foi usada uma autoclave Systec HX-320.

REUTILIZAÇÃO

O fim da vida útil do produtos reutilizáve

7. Проверить изделия в соответствии с разделом «Контроль» и подготовить их к стерилизации (см. раздел «Упаковка»).

КОНТРОЛЬ

После дезинфекции и перед каждым использованием проверить изделие на наличие повреждений (трещин, разрывов и др.). Дефектное изделие подлежит утилизации.

УПАКОВКА

▸ После завершения процедуры очистки и дезинфекции поместить изделие в стерильные барьерные системы, пригодные для стерилизации паром. Стерильные барьерные системы должны соответствовать требованиям ISO 11607-1. Для валидации использовать стерильную барьерную система с однарной упаковкой.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Указания по стерилизации

▸ Оберегать изделие и стерилизационную упаковку от механических повреждений.
▸ Использовать стерилизатор, отвечающий требованиям DIN EN 285 или DIN EN 13060.

Стерилизация, валидированная изготовителем

▸ Изделие подлежит стерилизации паром методом фракционированного вакуума.
▸ Время выдержки - 5 минут при температуре стерилизации 134 °C.
▸ Время сушки составляет 10 минут.
▸ Для валидации использовался автоклав System HK-320.

ПРИГОДНОСТЬ К ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Срок службы многоразовых изделий определяется износом и повреждениями, возникшими в ходе использования. С учётом максимального срока службы 5 лет многоразовые изделия можно обрабатывать до 100 раз при условии надлежащего использования и соблюдения инструкций по очистке, дезинфекции и стерилизации.

Пользователь несёт ответственность за любое повторное использование сверх данного срока (см. раздел «Контроль»).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование изделий у пациентов с подозрением на прионные болезни может быть сопряжено с высоким риском передачи инфекции. В данном случае по усмотрению врача изделие утилизируют (см. раздел «Утилизация») или обрабатывают в соответствии с действующими нормативами.

СЕРВИС

Перед возвратом медицинских изделий в случае рекламации или ремонта они должны пройти полный цикл обработки, чтобы исключить возможный риск для персонала изготовителя. Производитель оставляет за собой право отказать в приёме загрязнённых или контаминированных изделий по соображениям безопасности.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок службы изделия составляет 5 лет нет с даты производства. В течение срока службы допускается обработка изделия до 100 раз.

Использовать до: см. этикетку на изделии

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Беречь от воздействия высоких температур, хранить в сухом месте.
- Беречь от воздействия солнечного и искусственного света.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное или дефектное изделие подлежит утилизации согласно действующим местным и международным законодательным нормам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

REF	35-65-222	35-65-223	35-65-224	35-65-225	35-65-226
#	2	3	4	5	6
Целевая группа пациентов	Дети, маленький размер	Дети, большой размер	Взрослые, маленький размер	Взрослые, средний размер	Взрослые, большой размер
Цвет	Зелёный	Жёлтый	Красный	Фиолетовый	Синий
Соединение	внутр. диам. 22 мм				
Масса (с упаковкой)	0,10 кг	0,12 кг	0,14 кг	0,16 кг	0,16 кг
Количество штук в упаковке	1	1	1	1	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

REF	Материал
35-65-222, 35-65-223, 35-65-224, 35-65-225, 35-65-226	Внутренняя пластиковая рамка: полисульфон Покрытие: силикон
35-70-155, 35-70-255	Силикон
88-60-266	Полисульфон

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REF	Наименование	Масса (с упаковкой)	Количество штук в упаковке
35-70-155	Фиксирующая лента для детей, многоразовая	0,64 кг	10
35-70-255	Фиксирующая лента для взрослых, многоразовая	0,85 кг	10
88-60-266	Удерживающее кольцо, многоразовое	0,10 кг	10

Slovenčina

ÚČEL POUŽITIA

Na ustavenie úst a nosa počas ventilácie/oxygenácie pacienta.
Klinické využitie: adekvátna ventilácia/oxygenácia pacienta prostredníctvom utesnenia horných dýchacích ciest.
Cieľová skupina pacientov: deti a dospelí
Miesto použitia: nemocnica a záchranárstvo

INDIKÁCIE

▸ Preventívna manuálna alebo mechanická ventilácia/oxygenácia.
Ďalšie indikácie nie sú známe.

KONTRAINDIKÁCIE

▸ U pacientov, ktorí nie sú trieení a majú zvýšené riziko aspirácie, sa ventilácia pomocou masky musí používať len v núdzových situáciách.
Ďalšie kontraindikácie nie sú známe.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

▸ Pred použitím pomôcky si dôkladne prečítajte návod na použitie, dodržiavajte ho a uschovajte si ho pre neskoršie použitie.
▸ Pomôcku smie používať len zdravotnícky personál.
▸ Pomôcku nepoužívajte mimo cieľovej skupiny pacientov.
▸ Používateľ alebeo pacient musí hlásiť všetky závažné prihody súvisiace s pomôckou výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu EÚ (prip. kompetentnému orgánu príslušného štátu, ak sa prihoda vyskytne mimo EÚ), v ktorom používateľ alebeo pacient sídli.
▸ Pred každým použitím je pomôcku spracovať vykonaním kontrolu pomôcky (pozri kapitolu „Kontrola"). Chybná pomôcka sa nesmie použiť.
▸ Maximálna doba používania: ≤ 2 hodiny
▸ Ak nie je možná ventilácia/oxygenácia použitím tejto pomôcky, je potrebné začať s inými adekvátnym spôsobom ventilácie.
▸ Na pomôcke sa nesmú vykonať žiadne zmeny.
▸ Pomôcka je vhodná pre vedenie kyslíka, vzduchu, anestetických plynov a ich plynových zmesí.
▸ Pomôcka určená na opakované použitie sa dodáva nesterilná a musí sa pred každým použitím vyčistiť, vydezinfikovať a sterilizovať (pozri kapitolu „Spracovanie").
▸ Pomôcka je vhodná na použitie pri MRT.

MR
▸ Po uplynutí dátumu expirácie sa pomôcka nesmie používať.

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

▸ Zvoľte vhodnú veľkosť masky.

POUŽITIE

⚠ VÝSTRAHA

- U obéznych pacientov, pacientov s ochlpením na tvári, pacientov s nenasadenou zubnou protézou alebo abnormálnymi anatomickými štruktúrami ako sú poranenia alebo kritické deformácie bázy, je na zvážení používateľa, do akej miery je možná ventilácia pomocou masky.
- Používateľ musí počas používania dbať na efektívnu ventiláciu/oxygenáciu.

▸ Pomôcku Bi-mask spojte s resuscitačným vakom alebo ventilačným systémom.
Ďalšie na správnu polohu Masky.
▸ Pomôcku Bi-mask nasaďte pevne na ústa a nos pacienta tak, aby vzduchotesne uzavárala horné dýchacie cesty.
Nesprávne nasadená pomôcka Bi-mask môže negatívne ovplyvniť účinnosť ventilácie/ oxygenácie.
▸ Počas ventilácie/oxygenácie držte masku Bi-mask v správnej polohe.
▸ Alternatívu: Pomôcku Bi-mask upevnite pomocou fixačnej pásky a fixačného krúžka (obrázok 1).

PO POUŽITÍ

▸ Pomôcku Bi-mask a používané príslušenstvo odstráňte a odpoje.

SPRACOVANIE

(ČISTENIE, DEZINFEKCIA, STERILIZÁCIA)

VŠEOBECNÉ POKYNY

▸ Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vznikli nesprávnym spracovaním pomôcky.
▸ Používateľ je zodpovedný za vhodnú validáciu postupov prip. pristrojov a výsledkov a dodržiavanie validovaných parametrov pri každom spracovaní.
▸ Odporúča sa použiť stroj/prístroj pre kvalitu výrazne vyššiu (jednotnú čistenia a dezinfekcie.
▸ Účinnosť bola preukázaná nezávislým a akreditovaným skúšobným laboratóriom.
▸ Na dosiahnutie účinného spracovania nesmie hrubé znečistenie na pomôcke zaschnúť a musí sa hneď po použití odstrániť.
▸ Pomôcku smie spracovávať iba vyškolený personál.
▸ Silikónové pomôcky nesmú prísť do styku s olejmi a mastami.

ČISTENIE/DEZINFEKCIA

Strojové čistenie/dezinfekcia

Pokyny na používanie pristroja na čistenie a dezinfekciu

▸ Používajte čistenú vodu.
▸ Používajte pristroj na čistenie a dezinfekciu, ktorý zodpovedá norme ISO 15883.
Pre validáciu bol použitý pristroj Miele G7882 spolu s Cabinet E435/3.

Pokyny na používanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

▸ Pri použití alkalického čistiaceho prostriedku vykonajte neutralizáciu.

⚠ UPOZORNENIE

Nepoužívajte vysoko alkalické čistiace prostriedky, pretože môže dôjsť k trvorbe peny.

▸ Nepoužívajte prípravky na sušenie.

Postup validovaný výrobcom:

1. Pomôcku umiestnite do injektorového vozíka na injektorový dýze.
2. Spustite program s nasledujúcimi parametrami:
   a. Predpláchovanie deionizovanou vodou pri 20 °C, doba trvania 1 min.
   b. Čistenie pri 55 °C, doba trvania 5 min deionizovanou vodou a čistiacim prostriedkom Sekumatic® ProClean (dávkovanie: 0,5 % (5 ml/l).
   c. Neutralizácia prostriedkom Sekumatic® FNZ pri 20 °C, doba trvania 2 min (dávkovanie: 0,1 % (1 ml/l).
   d. Opláchovanie deionizovanou vodou (max. 100 KBE/ml) pri 20 °C, doba trvania 2 min.
   e. Tepelná dezinfekcia pri 93 °C po dobu 5 min deionizovanou vodou.
   f. Schnutie pri 100 °C.
3. Skontrolujte vizuálne znečistenie V prípade potreby spracovanie zopakujte.
4. Pomôcku skontrolujte podľa kapitoly „Kontrola" a pripravte ju na sterilizáciu (pozri kapitolu „Balenie").

Manuálne čistenie/dezinfekcia

Pokyny na používanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

▸ Čistiaci a dezinfekčný roztok pripravujte pred každým manuálnym cyklom.
▸ Používajte deionizovanú vodu.

Postup validovaný výrobcom:

1. Pripravte 2 % (30 ml/l) čistiaci a dezinfekčný roztok Sekusept® Aktiv s deionizovanou vodou pri 20 °C. Nasledujúcich 15 min viackrát premiešajte. Po 15 min je čistiaci a dezinfekčný roztok pripravený na použitie.
2. Pomôcky čistite mäkkými hubkami v čistiacom a dezinfekčnom roztoku, prípom sa pomôcka musí úplne ponoriť na minimálne 20 s. Nesmú sa používať tvrdé kefy a iné materiály, ktoré môžu poškodiť silikónový povrch.
3. Pomôcku nechajte vtáčenú 15 min v čistiacom a dezinfekčnom roztoku. Zabezpečte navlhčenie všetkých dutín.
4. Čistiaci a dezinfekčný roztok odstráňte dostatočným opláchnutím deionizovanou vodou (max. 100 KBE/ml). Zvyšky roztoku môžu skrátiť životnosť pomôcky alebo môžu viesť k poškodeniu materiálu.
5. Pomôcku vysušte. Zabráňte nahromadeniu vody.
6. Skontrolujte vizitehé znečistenie V prípade potreby spracovanie zopakujte.
7. Pomôcky skontrolujte podľa kapitoly „Kontrola" a pripravte ich na sterilizáciu (pozri kapitolu „Balenie").

KONTROLA

Po dezinfekcii a pred každým použitím je nutné pomôcku skontrolovať na poškodenia (praskliny, zlomenia atď.).
Chybná pomôcka sa musí zlikvidovať.

BALENIE

▸ Pomôcku po čistení a dezinfekcii zabaľte do systému sterilnej bariéry vhodných na sterilizáciu parou. Systémy sterilnej bariéry musia zodpovedať norme ISO 11607-1. Pre validáciu bol použitý systém sterilnej bariéry s jednoduchým obalom.

STERILIZÁCIA

Pokyny na sterilizáciu:

▸ Pomôcku prip. sterilizačný obal chráňte pred mechanickým poškodením.
▸ Použite sterilizátor, ktorý spĺňa požiadavky normy DIN EN 285 alebo DIN EN 13060.

Sterilizácia validovaná výrobcom

▸ Pomôcku sterilizujte pomocou sterilizácie paru vo frakčnom vákuu.
▸ Expozičná doba je 5 min pri sterilizačnej teplote 134 °C.
▸ Doba sušenia je 10 min.
▸ Pre validáciu bol použitý autoklav Systec HX-320.

OBAL

Životnosť je pri opakovanom použitíných pomôckach v podstate určená mierou ochrany a poškodenia v dôsledku používania. Pri zohľadnení maximálnej životnosti 5 rokov sa môžu pomôcky určené na opakované spracovanie pri správnom používaní a dodržiavaní pokynov na Čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu spracovať až 100-krát.
Za každé ďalšie použitie je zodpovedný používateľ (pozri kapitolu „Kontrola").

⚠ VÝSTRAHA

Pri používaní pomôcky u pacientov s podozrením na prónové ochorenie vzniká možné vysoké riziko prenosu. V takomto prípade má lekár znášať, či sa má pomôcka zlikvidovať (pozri kapitolu „Likvidácia") alebo spracovať podľa národných predpisov.

SERVIS

Pred vrátením zdravotníckych pomôcok z dôvodu reklamácie/opravy musia prejsť pomôcky celým postupom spracovania, aby sa vylúčilo ohrozenie pre zamestnancov výrobcu. Výrobca si z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo odmietnuť znečistené a kontaminované pomôcky.

ŽIVOTNOSŤ

Životnosť pomôcky je 5 rokov od dátumu výroby a počas svojej životnosti sa môže 100-krát spracovať.
Dátum expirácie: pozri na štítku pomôcky

SKLADOVACIE A PREPRAVNÉ PODMIENKY

⚠ UPOZORNENIE

- Chráňte pred teplom a skladujte v suchu.
- Chráňte pred slnečným žiarením a svetelnými zdrojmi.

LIKVIDÁCIA

Použitá alebo chybná pomôcka sa musí zlikvidovať v súlade s aplikovateľnými národnými a medzinárodnými predpismi.

ŠPECIFIKÁCIE POMÔCKY

REF	35-65-222	35-65-223	35-65-224	35-65-225	35-65-226
#	2	3	4	5	6
Cieľová skupina pacientov	Deťa, malá	Deťa, veľká	Dospelý, malé	Dospelý, stredná	Dospelý, veľká
Farba	zelená	žltá	červená	fialová	modrá
Pripojenie	22 mm, vnútr. priemer				
Hmotnosť (v/s/ane obalu)	0,10 kg	0,12 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,16 kg
Jednotkové množstvo v balení	1	1	1	1	1

ÚDAJE O MATERIÁLOCH

REF	Materiál
35-65-222, 35-65-223, 35-65-224, 35-65-225, 35-65-226	Vnútorný plastový rám: PSU Kryt materiál: silikón
35-70-155, 35-70-255	Silikón
88-60-266	PSU

PRÍSLUŠENSTVO

REF	Označenie	Hmotnosť (v/s/ane obalu)	Jednotkové množstvo v balení
35-70-155	Fixačná páska dieťa, opätovne použiteľná	0,64 kg	10
35-70-255	Fixačná páska dospelý, opätovne použiteľná	0,85 kg	10
88-60-266	Fixačný krúžok, opätovne použiteľný	0,10 kg	10

Slovenčina

PREDVIDENÁ UPORABA

Za zatesnitev ust in nosu med predihavanjem/oksigenacija pacienta.
Klinična uporaba: ustrezno predihavanje/oksigenacija pacienta z zatesnitvijo zgornjih dihalnih poti.
Ciljna skupina pacientov: otroci in odrasli
Kraj uporabe: klinika in predklinika

INDIKACIJE

▸ Preventivno ročno ali strojno predihavanje/oksigenacija
Druge indikacije niso znane.

KONTRAINDIKACIJE

▸ Pri pacientih, ki niso tešči in imajo povečano tveganje aspiracije, ni dovoljeno uporabiti predihavanja z masko, razen v nujnih situacijah.
Druge kontraindikacije niso znane.

VARNOSTNI NAPOTKI

⚠ ▸ Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo, jih upoštevajte in shranite za uporabo v prihodnje.
▸ Izdelek sme uporabljati le usposobljeno medicinsko osebje.
▸ Izdelka ne uporabljajte pri osebah, ki ne spadajo v ciljno skupino pacientov.
▸ Uporabnik in/ali pacient morata vse resne dogodke, ki nastopijo v povezavi s tem izdelkom, sporočiti proizvajalcu in pristojnemu organu v ustrezni državi članici EU (oz. pristojnemu organu v zadevni državi, če se je dogodek zgodil zunaj EU), kjer ima uporabnik sedež in/ali pacient prebivališče.
▸ Pred vsako uporabo in po vsakem reprocesiranju je treba izdelek pregledati (glejte poglavje »Pregled«). Pomanjkljivega izdelka ne smete uporabiti.
▸ Najdaljše trajanje uporabe: ≤ 2 uri
▸ Če predihavanje/oksigenacija s tem izdelkom ni možna, je treba uporabiti drugo ustrezno metodo predihavanja.
▸ Izdelka ni dovoljeno spreminjati.
▸ Priporoček je primerno za dovajanje kisika, zraka, anestetičnih plinov in mešanic anestetičnih plinov.
▸ Priporočeno za ponovno uporabo so dobavljeni v nesterilnem stanju in jih je treba pred vsako uporabo očistiti, dezinficirati in sterilizirati (glejte poglavje »Procesiranje«).
▸ Izdelek je primeren za uporabo z magnetnoresonančno tomografijo (MRT).

MR
▸ Izdelka ni dovoljeno uporabljati po izteku njegovega roka uporabnosti.

PRIPRAVA PRED UPORABO

▸ Izberite ustrezno velikost maske.
Možnost: Če uporabljate pritrdilni trak, pritrdite zadrževalni obroč.

UPORABA

⚠ OPOZORILO

- Pri pacientih z adipoznostjo, dlakami na obrazu, brez vstavljene zobne proteze ali z nenormalnimi anatomskimi strukturami, kot so poškodbe ali kritične deformacije obraza, se mora uporabnik odločiti, v kolikšni meri je maska mehanizem.
- Uporabnik mora med uporabo paziti na učinkovito predihavanje/oksigenacijo.

▸ Maska Bi priključite na dihalni balon ali sistem za predihavanje.
Pozite na pravilen položaj Maske.
▸ Maska Bi dobro namestite preko ust in nosu pacienta, tako da bodo zgornje dihalne poti zatesnjene.
Če maska Bi ni pravilno nameščena, je lahko predihavanje/oksigenacija slabša.
▸ Med predihavanje/oksigenacijo držite maska Bi na mestu.
▸ Možnost: Maska Bi fiksirajte s pritrdilnim trakom in zadrževalnim obročem (slika 1).

PO UPORABI

▸ Maska Bi in pripadajočo opremo odstranite in odklopite.

PROCESIRANJE

(ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA, STERILIZACIJA)

SPLOŠNI NAPOTKI

▸ Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi napačnega procesiranja.
▸ Odgovornost uporabnika je, da postopek oz. pripomoček in dodatke za procesiranje ustrezno potrdi in potrjene parametre upošteva pri vsakem procesiranju.
▸ Priporočljivo je, da zaradi občutno višje stopnje učinkovitosti za čiščenje in dezinfekcijo uporabite stroj/ napravo.
▸ Učinkovitost je bila dokazana v neodvisnem in akreditiranem testnem laboratoriju.
▸ Da bi bilo procesiranje učinkovito, se groba umazanija na pripomočku ne sme zasušiti in je je treba takoj po uporabi odstraniti.
▸ Izdelek sme procesirati le usposobljeno osebje.
▸ Silikonski pripomočki ne smejo priti v stik z olji ali mastmi.

ČIŠČENJE/DEZINFEKCIJA

Strojno čiščenje/dezinfekcija

Napotki za uporabo čistilno-dezinfekcijske naprave

▸ Uporabite deionizirano vodo.
▸ Uporabljajte čistilno-dezinfekcijsko napravo, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 15883.

Pri validaciji je bil uporabljena naprava Miele G7882 v kombinaciji s Cabinet E435/3.

Napotki za uporabo čistilnih in dezinfekcijskih sredstev

▸ Pri uporabi alkalnih čistil je treba opraviti nevtralizacijo.

⚠ POZOR

Ne uporabljajte močno alkalnih čistil, saj lahko povzročijo penjenje.

⚠ ▸ Ne uporabljajte sušilnih sredstev.

Postopek, ki ga je potrdil proizvajalec:

1. Izdelek postavite na injektorko ščobo v injektorskem vozičku.
2. Program zaženite z naslednjimi parametri:
   a. Predpranje z deionizirano vodo pri 20 °C, čas zadržanja 1 min.
   b. Čiščenje pri 55 °C, čas zadržanja 5 min z deionizirano vodo in čistilom Sekumatic® ProClean (odmerjanje: 0,5 % (5 ml/l).
   c. Nevtralizacija s sredstvom Sekumatic® FNZ pri 20 °C, čas zadržanja 2 min (odmerjanje: 0,1 % (1 ml/l).
   d. Spiranje z deionizirano vodo (maks. 100 CFU/ml) pri 20 °C, čas zadržanja 2 min.
   e. Toplotna dezinfekcija pri 93 °C, trajanje 5 min, z deionizirano vodo.
   f. Sušenje pri 100 °C.
3. Preglejte za vidno umazanijo. Po potrebi ponovite postopek procesiranja.
4. Pripomoček preglejte po navodilih v poglavju »Pregled« in ga pripravite za sterilizacijo (glejte poglavje »Ovijanje«).

Ročno čiščenje/dezinfekcija

Napotki za uporabo čistilnih in dezinfekcijskih sredstev

▸ Pred vsakim ročnim ciklom pripravite raztopino za čiščenje in dezinfekcijo.
▸ Uporabite deionizirano vodo.

Postopek, ki ga je potrdil proizvajalec:

1. Uporabite 2-odstotno (30 ml/l) raztopino za čiščenje in dezinfekcijo, pripravljeno s sredstvom Sekusept Aktiv in deionizirano vodo pri 20 °C. V naslednjih 15 min večkrat premešajte. Po 15 min je raztopina za čiščenje in dezinfekcijo pripravljena za uporabo.
2. Pripomočke očistite z mehkimi gobicami v raztopini za čiščenje in dezinfekcijo. Pripomoček je treba popolnoma potopljen. Uporaba trdih ščetk in drugih materialov, ki poškodujejo silikonske površine, ni dovoljena.
3. Pripomoček poškodbe v raztopino za čiščenje in dezinfekcijo in pustite delovati 15 min. Zagotovite, da pride raztopina v stik z vsemi votlimi prostori.
4. Raztopino za čiščenje in dezinfekcijo odstranite z izdatnim spiranjem z deionizirano vodo (maks. 100 CFU/ml). Morebitni ostanki lahko skrajšajo življenjsko dobo pripomočkov ali povzročijo poškodbe materialov.
5. Pripomoček posušite. Izogibajte se nabiranju vode.
6. Preglejte, ali je ostala vidna umazanija. V primeru potrebe ponovite postopek procesiranja.
7. Pripomoček preglejte po navodilih v poglavju »Pregled« in ga pripravite za sterilizacijo (glejte poglavje »Ovijanje«).

PREGLED

Po deinfekciji in pred vsako uporabo preverite, ali je izdelek morda poškodovan (razpoke, zlomi ipd.).
Izdelek z napako je treba zavreči.

PAKIRANJE

▸ Izdelek je treba po postopku čiščenja in dezinfekcije zapakirati v sisteme s sterilno bariero, ki so primerni za paro sterilizacijo. Sistemi s sterilno pregrado morajo izpolnjevati zahteve standarda ISO 11607-1. Pri validaciji je bil uporabljen sistem s sterilno pregrado z enojno ovojnino.

STERILIZACIJA

Napotki za sterilizacijo:

▸ Izdelek oz. sterilizacijsko ovojnino zaščitite pred mehanskimi poškodbami.
▸ Uporabite sterilizator, ki izpolnjuje zahteve standarda DIN EN 285 ali DIN EN 13060.

Sterilizacija, ki jo je potrdil proizvajalec:

▸ Izdelek je treba sterilizirati s parnim sterilizatorjem v postopku s frakcioniranim vakuumom.
▸ Čas izpostavljenosti je 5 min pri sterilizacijski temperaturi 134 °C.
▸ Čas sušenja znaša 10 min.
▸ Pri validaciji je bil uporabljen avtoklav Systec HX-320.

PONOVNA UPORABNOST

Na konec življenjske dobe pripomočkov, ki so primerni za ponovno uporabo, načelema vplivajo obrabljenost in poškodbe zaradi uporabe. Ob upoštevanju najdaljše življenjske dobe pripomočka, ki je 5 let, lahko pripomočke, ki so primerni za reprocesiranje, reprocesirate do 100-krat, če se upošteva pravilna uporaba in navodila glede čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije.

⚠ OPOZORILO

Odgovornost za vsako ponovno uporabo, ki ne upošteva teh napotkov, nosi uporabnik (glejte poglavje »Pregled«).

Manuell rengöring och desinfektion

Information om användning av rengörings- och desinfektionsmedel

▸ Bered färsk rengörings- och desinfektionslösning för varje manuell cykel.
▸ Använd avjoniserat vatten.

Procedur validerad av tillverkaren:

1. Bered en 2-procentig (30 ml/l rengörings- och desinfektionslösning med Sekusept® Aktiv och avjoniserat vatten vid 20 °C. Rör om flera gånger under de följande 15 min. Efter 15 minuter är rengörings- och desinfektionslösningen klar att använda.
2. Gör ren produkterna med mjuka svampar i rengörings- och desinfektionslösningen. Produkten måste vara fullständigt nedsänkt i minst 20 s. Hårda borstar och andra material som kan skada silikonytor får inte användas.
3. Låg produkten i rengörings- och desinfeceringslösningen och låt lösningen verka i 15 minuter. Se till att alla hålrum täcks.
4. Skölj bort rengörings- och desinfektionslösning med tillräckligt med avjoniserat vatten (max. 100 CFU/ml). Kvarvarande rester kan förkorta produktens livslängd eller skada materialen.
5. Torka produkten. Ansamlingar av vatten måste undvikas.
6. Kontrollera om det finns synlig smuts. Upprepa reprocessningen om det behövs.
7. Kontrollera produkterna enligt avsnittet "Kontroll", och förbered dem för sterilisering (se avsnittet "Inslagning").

KONTROLL

Efter desinfecering och före varje användning måste du kontrollera att produkten är oskadad (inga sprickor, brott osv.).
En felaktig produkt måste kasseras.

INSLAGNING

▸ Efter rengöring och desinfecering av produkten måste den slås in i sterilbarriersystem som är lämpliga för ångsterilisering. Sterilbarriersystemen måste uppfylla kraven i ISO 11607-1. Vid valideringen användes ett sterilbarriersystem med enkelförpackning.

STERILISERING

Anmärkningar om sterilisering:

▸ Skydda produkten och sterilisationspaketet mot mekaniska skador.
▸ Sterilisatorn ska uppfylla kraven i DIN EN 285 eller DIN EN 13060.

Sterilisering validerad av tillverkaren

▸ Produkten måste ångsteriliseras i en fraktionerad vakuumprocess.
▸ Exponeringstiden är 5 min vid sterilisationstemperaturen 134 °C.
▸ Torkningstiden är 10 min.
▸ Vid valideringen användes autoklaven Systec HX-320.

FLERGÅNGSANVÄNDNING

Livslängden för återgångsprodukter bestäms i princip av slitage och skador från användningen. Med tanke på den maximala livslängden 5 år kan återgångsprodukter reprocessas för förvrigt användning upp till 100 gånger om de används på rätt sätt och följsamgrana om rengöring, desinfecering och sterilisering följs.
Eventuell ytterligare användning sker på användarens ansvar (se avsnittet "Kontroll").

⚠ VARNING

Om produktena används till patienter med misstänkt prionsjukdom kan det föreligga en höjer risk för smittspridning. I detta fall kan produkten om det behövs dukten ska kasseras (se avsnittet "Kassering") eller reprocessas enligt gällande nationella bestämmelser.

SERVICE

Innan medicinteknska produkter återsänds för reklamation eller reparation måste de ha genomgått hela reprocessningen för att utesluta risker för tillverkarens personal. Av säkerhetsskäl förbehåller sig tillverkaren rätten att vägra reparation av smutsiga eller kontaminerade produkter.

LIVSLÄNGD

Produktens livslängd är 5 år från tillverkningsdatum, och den kan reprocessas 100 gånger inom den tiden.
Utgångsdatum: se produktetiketten

FÖRVARING OCH TRANSPORT

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Förvaras torrt och skyddat för höga temperaturer.
- Förvaras skyddat mot solljus och ljuskällor.

KASSERING

En förbrukad eller felaktig produkt måste kasseras enligt tillämpliga nationella och internationella lagbestämmelser.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

REF	35-65-222	35-65-223	35-65-224	35-65-225	35-65-226
#	2	3	4	5	6
Patientmålgrupp	Barn, små	Barn, stora	Vuxna, små	Vuxna, medelstora	Vuxna, stora
Färg	Grön	Gul	Röd	Lila	Blå
Koppling	22 mm ID				
Vikt (inkl. förpackning)	0,10 kg	0,12 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,16 kg
Förpackningsenhet	1	1	1	1	1

MATERIALDATA

REF	Material
35-65-222, 35-65-223, 35-65-224, 35-65-225, 35-65-226	Inre plastram: PSU Täckmaterial: silikon
35-70-155, 35-70-255	Silikon
88-60-266	PSU

TILLBEHÖR

REF	Beteckning	Vikt (inkl. förpackning)	Förpackningsenhet
35-70-155	Fixeringsband barn: återanvändbart	0,64 kg	10
35-70-255	Fixeringsband vuxna: återanvändbart	0,85 kg	10
88-60-266	Spänne, återanvändbart	0,10 kg	10

Türkçe

KULLANIM AMACI

Hastanın ventilasyonu/oksijenasyonu sırasında ağzı ve burnu kapatmak için kullanılır.
Klinik Fayda: Dıt havası yollarını kapatarak hastada yeterli ventilasyon/oksijenasyonun sağlanması.
Hasta hedef grubu: Çocuklar ve yetişkinler
Kullanım yeri: Klinik ve klinik öncesi

ENDİKASYONLAR

▸ Geçici manuel veya mekanik ventilasyon/oksijenasyon.
Bilinen başka bir endikasyonu yoktur.

KONTRENDİKASYONLAR

▸ Artan aspirasyon riskine sahip hastanın karnının tok olması halinde, maskeli ventilasyon sadece acil durumlarda uygulanabilir.
Başka bir kontrendikasyon bilinmemektedir.

GÜVENLİK NOTLARI

⚠ ▸ Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, talimatlara uyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.
▸ Ürün yalnızca tıp eğitimi almış personel tarafından kullanılabilir.
▸ Ürünü hedef hasta grubu dışında kullanmayın.
▸ Kullanıcı ve/veya hasta, kullanıcı ve/veya hastanın ikametinin bulunduğu yerde, ürünle ilgili olarak meydana gelen ciddi olayları üreticiye ve AB Üye Devletinin yetkili makamına (veya AB dışında bir olay meydana geldiğinde ilgili ülkenin yetkili makamına) bildirmelidir.
▸ Ürün, her kullanımdan önce ve her yeniden işlemeden sonra kontrol edilmelidir (bkz. Bölüm "Kontrol"). Kusurlu ürünler kullanılmamalıdır.
▸ Maksimum uygulama süresi: ≤ 2 saat
▸ Bu ürünle ventilasyon/oksijenasyon uygulamak mümkün değilse, başka bir uygun ventilasyon yöntemi başlatılmalıdır.
▸ Ürün üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz.
▸ Ürün oksijen, hava, anestezi gazları ve bunların gaz karışımlarını iletmek için uygundur.
▸ Tekrar kullanılabilir ürün teslim edildiğinde steril değildir ve her kullanımdan önce temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve sterilize edilmelidir (bkz. Bölüm "Yeniden işleme").

MR
▸ Ürün MR için uygundur.

⚠ ▸ Son kullanım süresinin aşılmış olduğu durumlarda ürün kullanılmamalıdır.

UYGULAMADAN ÖNCEKİ HAZIRLIK

▸ Uygun maske boyunu seçin.
Opsiyon: Sabitleme bandı kullanılıyorsa tutma halkasını sabitleyin.

UYGULAMA

⚠ UYARI

- Obezite, sakal, yeriştirilmemiş diş protezleri veya yaralanma veya kritik yüz deformasyonları gibi anormal anatomik yapıları olan hastalarda, maske ile ventilasyonun ne ölçüde mümkün olduğuna kullanıcı karar verir.
- Kullanıcı uygulamak sırasında etkin bir ventilasyon/oksijenasyon sağlanmasına dikkat etmelidir.

▸ Bi-Maske'yi bir ventilasyon torbasına veya ventilasyon sistemine bağlayın.
Bağın doğru pozisyonda olmasına dikkat edin.
▸ Bi-Maske'yi hastanın ağzı ve burnu üzerine sıkıca yerleştirerek, üst solunum yolunu hava geçirmez şekilde kapatmasını sağlayın.
Bi-Maske tam olarak oturmasına verilmezse ventilasyon/oksijenasyon olumsuz etkileni.
▸ Ventilasyon/oksijenasyon sırasında Bi-Maske'yi yerinde tutun.
▸ Opsiyon: Bi-Maske'yi sabitleme bandı ve tutma halkasıyla sabitleyin (Şekil 1).

UYGULAMADAN SONRA

▸ Bi-Maske'yi ve kullanılan aksesuarı çıkarın ve bağlantısını kesin.

YENİDEN İŞLEME

(TEMİZLEME, DEZENFEKSİYON, STERİLİZASYON)

GENEL BİLGİLER

▸ Yeniden işlemenin gerektiği gibi yapılmamasından kaynaklanan hasarlardan üretici sorumlu değildir.
▸ Uyguladuğ yöntemi veya cihazları ve aksesuarı uygun şekilde valide etmek ve her yeniden işleme sırasında doğrulanmış parametrelere uymak kullanıcının sorumluluğundadır.
▸ Daha yüksek etkinlik nedeniyle temizleme ve dezenfeksiyon için bir otomatik temizlemeye yöntemini uygulamanızı tavsiye ediyoruz.
▸ Etkinliği, bağımsız ve sertifikalı bir kontrol laboratuvarı tarafından kanıtlanmıştır.
▸ Yeniden işlemenin etkili olmasını sağlamak için kaba kirlerin ürünün üzerinde kurumasına izin verilmemeli ve kullanımdan sonra olabildiğince çabuk çıkarılmalıdır.
▸ Ürün sadece eğitimli personel tarafından yeniden işlemeye tabi tutulabilir.
Silikon ürünler sıvı ve katı yağlarla temas ettirilmemelidir.

TEMİZLEME / DEZENFEKSİYON

Otomatik Temizleme / Dezenfeksiyon

Temizleme ve dezenfeksiyon cihazlarının kullanılmasına ilişkin notlar

▸ Dekyonize su kullanın.
▸ ISO 15883 ile uyumlu bir temizleme ve dezenfeksiyon cihazı kullanın.
Validasyon için E435/3 Kabinli bir Miele G7882 kullanılmıştır.

Temizlik maddeleri ve dezenfektanların kullanılmasına ilişkin notlar

▸ Alkali temizlik maddeleri kullanıldığında nötralizasyon işlemi yapılmalıdır.

⚠ DİKKAT

Köpük oluşumuna neden olabileceğinden yüksek alkali temizlik maddeleri kullanmay